

Зарегистрировано в Минюсте России 12 марта 2025 г. N 81522

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 декабря 2024 г. N 687н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ, МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ, КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВОЗМОЖНО БОЛЕЕ ПОЛНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СТОЙКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ

В соответствии с [частью шестнадцатой статьи 11.1](#) Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", [подпунктом 5.2.107 пункта 5](#) Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, приказываю:

1. Утвердить [перечень](#) медицинских и социальных показаний, медицинских противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, технических решений, в том числе специальных, конструктивных особенностей и параметров технических средств реабилитации, используемых в целях устранения или возможно более полной компенсации стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

[приказ](#) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023 г. N 342н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2023 г., регистрационный N 73766);

[пункт 1](#) изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июля 2024 г. N 346н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2024 г., регистрационный N 79138).

Министр
А.О.КОТЯКОВ

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 10 декабря 2024 г. N 687н

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ, МЕДИЦИНСКИХ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ, КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ
УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВОЗМОЖНО БОЛЕЕ ПОЛНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
СТОЙКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минтруда России от 10.04.2025 N 199н,
от 16.01.2026 N 10н)

**I. Медицинские и социальные показания, медицинские
противопоказания для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации**

Пункт раздела "Технические средства реабилитации" федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду <1>	Номер вида технического средства реабилитации и его наименования	Вид и наименование технического средства реабилитации	Медицинские показания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации	Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (являются основанием для подбора иного показанного технического средства реабилитации)
1	2	3	4	5
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни	6 (6-01 - 6-11-02)		Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, ориентации, обучению, трудовой деятельности	
	6-01	Трость опорная	Трости опорные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности. Трость опорная подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени	

			выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов тростью опорной выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении трости опорной применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
6-01-01	Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность II степени; хронические заболевания вен, соответствующие 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен)	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;	
6-01-02	Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			
6-01-03	Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			
6-01-04	Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			
6-01-05	Трость опорная с			

		анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
	6-01-06	Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-01-07	Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
	6-01-08	Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-01-09	Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
	6-01-10	Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		

6-01-11	Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-12	Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-13	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-14	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
6-01-15	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
6-01-16	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

6-01-17	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	
6-01-18	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	
6-01-19	Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	
6-01-20	Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	
6-01-21	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	
6-01-22	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	
6-01-23	Трость 4-х опорная с	

	анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
6-01-24	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
6-02	Трость тактильная	Трости тактильные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, ориентации, трудовой деятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов, детей-инвалидов тростью тактильной назначается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении трости тактильной применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
6-02-01	Трость белая тактильная цельная	Стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабовидения: острота зрения 0,05 - 0,1 и (или) концентрическое сужение поля зрения	Абсолютные медицинские противопоказания:
6-02-02	Трость белая тактильная складная		значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;

		до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0 - 0,04 и (или) концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов)	значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
6-03	Трость белая опорная	Трости тактильные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, ориентации, обучению, трудовой деятельности (коды 6-03-01, 6-03-03), формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов, детей-инвалидов тростью белой опорной назначается одно наименование, наиболее	

		полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении трости белой опорной применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
6-03-01	Трость белая опорная не регулируемая по высоте с устройством противоскольжения	Стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабовидения: острота зрения 0,05 - 0,1 и (или) концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0 - 0,04 и (или) концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов) в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленными: заболеваниями, последствиями травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствиями травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность II степени; хронические заболевания вен,	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).
6-03-02	Трость белая опорная не регулируемая по высоте без устройства противоскольжения		Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);
6-03-03	Трость белая опорная регулируемая по высоте с устройством противоскольжения		выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;
6-03-04	Трость белая опорная регулируемая по высоте без устройства противоскольжения		выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом

		соответствующие 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен)	
6-04	Костыли	Костыли подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности при необходимости использования для передвижения на короткие расстояния либо в течение непродолжительного времени с учетом условий проживания (отсутствие лифта или подъемного устройства в жилом здании (доме). Костыли подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов, детей-инвалидов костылями выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении костылей применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
6-04-01	Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения

6-04-02	Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения	(статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз); последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; выраженных нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность II, III степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" - обеих нижних конечностей). Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие ампутационной культы одного бедра, голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию	нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей. Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
6-04-03	Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения		
6-04-04	Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения		
6-04-05	Костыли подмышечные с устройством противоскольжения		
6-04-06	Костыли подмышечные без устройства противоскольжения		

6-05	Опора в кровать	Опора в кровать подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению. Опора в кровать подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов опорой в кровать выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении опоры в кровать применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
6-05-01	Опора в кровать веревочная	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);
6-05-02	Опора в кровать металлическая		

		выраженных нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" - обеих нижних конечностей)	значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета
6-06	Опора для ползания для детей-инвалидов	Опора для ползания для детей-инвалидов подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению. Опора для ползания для детей-инвалидов подбирается ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении опоры для ползания для детей-инвалидов применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
6-06-01	Опора для ползания для детей-инвалидов	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и	Относительные медицинские противопоказания:

		связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы	значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии
6-07	Опора для сидения для детей-инвалидов	Опора для сидения для детей-инвалидов подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию. Опора для сидения для детей-инвалидов подбирается ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении опоры для сидения для детей-инвалидов применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
6-07-01	Опора для сидения для детей-инвалидов	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и	Относительные медицинские противопоказания:

		связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушениям позы сидения, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы	прогрессирование патологического процесса в положении инвалида сидя, в том числе вследствие спинномозговой грыжи, воспалительных заболеваний позвоночника; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии
6-08	Опора для лежания для детей-инвалидов	Опора для лежания для детей-инвалидов подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию. Опора для лежания для детей-инвалидов подбирается ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении опоры для лежания для детей-инвалидов применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
6-08-01	Опора для лежания для детей-инвалидов	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные

		(статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы	нарушения психических функций, обусловленные эпилептическими припадками с отключением сознания, резистентных к терапии; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы
6-09	Опора для стояния	Опора для стояния подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом, необходимости дополнительной фиксации для осуществления передвижения и самообслуживания. Опора для стояния подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом антропометрических данных, исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении опоры для стояния применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
6-09-01	Опора для стояния	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и	Относительные медицинские противопоказания:

		связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы	значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя параплегия); значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы (при переводе ребенка-инвалида в вертикальное положение); наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии
6-10	Ходунки	Ходунки подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом, необходимости использования на короткие расстояния в течение непродолжительного времени (под кодом 6-10-01), преимущественного передвижения на значимые расстояния (под кодом 6-10-05), необходимости дополнительной фиксации для осуществления передвижения (6-10-06).	

		Ходунки подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов ходунками выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении ходунков применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
6-10-01	Ходунки шагающие	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя параплегия); значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы (при переводе ребенка-инвалида в вертикальное положение); наличие эпилептических припадков с
6-10-01-01	Ходунки шагающие нескладные		
6-10-01-02	Ходунки шагающие нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
6-10-01-03	Ходунки шагающие складные		
6-10-01-04	Ходунки шагающие складные крупногабаритные, в том		

	числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		нарушением сознания, резистентных к терапии
6-10-02	Ходунки на колесах		
6-10-02-01	Ходунки на колесах нескладные		
6-10-02-02	Ходунки на колесах нескладные со столиком		
6-10-02-03	Ходунки на колесах нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
6-10-02-04	Ходунки на колесах нескладные со столиком крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
6-10-02-05	Ходунки на колесах складные		
6-10-02-06	Ходунки на колесах складные со столиком		

6-10-02-07	Ходунки на колесах складные со столиком крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
6-10-02-08	Ходунки на колесах складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
6-10-03	Ходунки с опорой на предплечье		
6-10-03-01	Ходунки с опорой на предплечье без колес нескладные		
6-10-03-02	Ходунки с опорой на предплечье с колесами нескладные		
6-10-03-03	Ходунки с опорой на предплечье без колес нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг,		

	рост инвалида выше 185 см)
6-10-03-04	Ходунки с опорой на предплечье с колесами нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)
6-10-03-05	Ходунки с опорой на предплечье без колес складные
6-10-03-06	Ходунки с опорой на предплечье с колесами складные
6-10-03-07	Ходунки с опорой на предплечье без колес складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)
6-10-03-08	Ходунки с опорой на предплечье с колесами складные крупногабаритные, в том

	числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)
6-10-04	Ходунки с подмышечной опорой
6-10-04-01	Ходунки с подмышечной опорой без колес нескладные
6-10-04-02	Ходунки с подмышечной опорой без колес нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)
6-10-04-03	Ходунки с подмышечной опорой без колес складные
6-10-04-04	Ходунки с подмышечной опорой без колес складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)

6-10-04-05	Ходунки с подмышечной опорой с колесами нескладные	
6-10-04-06	Ходунки с подмышечной опорой с колесами нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)	
6-10-04-07	Ходунки с подмышечной опорой с колесами складные	
6-10-04-08	Ходунки с подмышечной опорой с колесами складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)	
6-10-05	Ходунки-роллаторы	
6-10-05-01	Ходунки-роллаторы нескладные	
6-10-05-02	Ходунки-роллаторы нескладные	

	крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
6-10-05-03	Ходунки-роллаторы складные		
6-10-05-04	Ходунки-роллаторы складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида свыше 185 см)		
6-10-06	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: детского церебрального паралича (далее - ДЦП); прогрессирующих мышечных дистрофий; спинальных мышечных атрофий, в том числе спинальной мышечной атрофии Верднига-Гоффмана; аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя параплегия); значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой
6-10-06-01	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП переднеопорные без подголовника		
6-10-06-02	Ходунки с		

	дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП переднеопорные с подголовником		системы и дыхательной системы (при переводе ребенка-инвалида в вертикальное положение); наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии
6-10-06-03	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП заднеопорные		
6-10-06-04	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП комбинированные		
6-11	Поручни (перила) для самоподнимания	Поручни (перила) для самоподнимания подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом использования в помещении, в условиях проживания в неадаптированном жилом помещении (отсутствие специальных средств и приспособлений). Поручни (перила) для самоподнимания подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений	

			соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении поручней (перил) для самоподнимания применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
6-11-01	Поручни (перила) для самоподнимания угловые	Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы: (хроническая артериальная недостаточность III степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей
6-11-02				

			хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей)	
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные	7 (7-01 - 7-05-01)		Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности	
	7-01	Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов креслом-коляской с ручным приводом комнатной (для инвалидов и детей-инвалидов)	

			выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении кресел-колясок с ручным приводом комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
	7-01-01	Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз); последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболевания, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя

		ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и	
--	--	---	--

		печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией	
7-01-02	Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ДЦП; прогрессирующих мышечных дистрофий; спинальных мышечных атрофий, в том числе спинальной мышечной атрофии Верднига-Гоффмана; аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга; гидроцефалии. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: врожденных или	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя

		приобретенных поражений головного и спинного мозга (ишемического, гипоксического, токсического, травматического, геморрагического, инфекционного, метаболического генеза и других): ДЦП; прогрессирующие мышечные дистрофии; спинальные мышечные атрофии, в том числе спинальная мышечная атрофия Верднига-Гоффмана; аномалии (пороки развития) спинного и головного мозга; гидроцефалия и иные патологические состояния, требующие дополнительной поддержки головы и тела	
7-01-03	Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие умеренные нарушения	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции,

		нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и (или) стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. При наличии сохранной функции одной верхней конечности	иммунитета; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания
7-01-04	Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболевания, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя
7-01-05	Кресло-коляска с ручным приводом с откидной		

	спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз); последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие умеренные нарушения	
7-01-06	Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.	
7-01-07	Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом (бариатрическая) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций,	

		обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией	
--	--	---	--

7-02	Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом возможности самостоятельного использования либо сопровождающим лицом, преимущественного использования вне помещений. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов креслом-коляской с ручным приводом прогулочной (для инвалидов и детей-инвалидов) выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении кресел-колясок с ручным приводом прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня. При невозможности самостоятельного управления инвалидом, ребенком-инвалидом креслом-коляской с ручным приводом прогулочной назначение кресла-коляски активного типа (номер вида 7-03) не осуществляется	
7-02-01	Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения	Относительные медицинские противопоказания:

	(для инвалидов и детей-инвалидов)	нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и (или) стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.	последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания
--	-----------------------------------	---	---

		Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей)	
7-02-02	Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ДЦП; прогрессирующих мышечных дистрофий; спинальных мышечных атрофий, в том числе спинальной мышечной атрофии Верднига-Гоффмана; аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга; гидроцефалии. Стойкие значительно выраженные	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания

		нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: врожденных или приобретенных поражений головного и спинного мозга (ишемического, гипоксического, токсического, травматического, геморрагического, инфекционного, метаболического генеза и других): ДЦП; прогрессирующие мышечные дистрофии; спинальные мышечные атрофии, в том числе спинальная мышечная атрофия Верднига-Гоффмана; аномалии (пороки развития) спинного и головного мозга; гидроцефалия и иные патологические состояния, требующие дополнительной поддержки головы и тела	
7-02-03	Кресло-коляска с двухручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные: заболеваниями, последствиями травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствиями травм и заболеваний центральной, периферической нервной	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции,

		системы; нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей). Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и (или) стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности;	кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания
--	--	--	--

		ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. При наличии сохранной функции обеих верхних конечностей	
7-02-04	Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и (или)	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; выраженные, значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.

		стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. При сохранной функции одной верхней конечности	
7-02-05	Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания
7-02-06	Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.	
7-02-07	Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:	
7-02-08	Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом (бариатрическая) прогулочная (для	ампутационной (врожденной) культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной (врожденной) культи одной голени на любом уровне независимо от пригодности к	

	инвалидов и детей-инвалидов)	протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и (или) стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей)	
7-03	Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)	Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-	

		средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом, возможности самостоятельного использования без сопровождающего лица, принимая во внимание необходимость преодоления значимых расстояний в течение дня. Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду индивидуально исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалида, ребенка-инвалида креслом-коляской активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении кресла-коляски активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня. При невозможности самостоятельного управления инвалидом, ребенком-инвалидом креслом-коляской с ручным приводом прогулочной назначение кресла-коляски активного типа не осуществляется. Кресло-коляска активного типа может быть рекомендована при невозможности (значительном затруднении) использования кресла-коляски с ручным приводом комнатной инвалидами и детьми-инвалидами, проживающими в условиях малогабаритных квартирах (наличие узких коридоров, дверных проемов)	
7-03-01	Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и	Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения	Относительные медицинские противопоказания:

	детей-инвалидов)	нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:	выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0;
7-03-01-01	Кресло-коляска активного типа с регулируемым углом наклона спинки (для инвалидов и детей-инвалидов)	заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденных недоразвитий обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз);	значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета;
7-03-01-02	Кресло-коляска активного типа с жесткой спинкой (для инвалидов и детей-инвалидов)	последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культы одного бедра; ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения	значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; наличие эпилептических припадков с

		нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей)	нарушением сознания
7-04	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом (старше 6 лет), возможности самостоятельного использования без сопровождающего лица, принимая во внимание необходимость преодоления значимых расстояний в течение дня до места учебы или осуществления трудовой деятельности, а также характеристику семьи и ближайшего окружения с целью обеспечения максимально возможной самостоятельности и мобильности. Кресло-коляска с электроприводом подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений	

		соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов креслом-коляской с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) к ней выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении кресла-коляски с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня. При наличии одновременно медицинских показаний и относительных медицинских противопоказаний для обеспечения инвалида, ребенка-инвалида креслом-коляской с электроприводом, затрудняющих управление, определяются альтернативные виды управления: головой, подбородком, пальцем руки, культи руки, ногой, иные альтернативные виды управления коляской с электроприводом. Одновременное назначение кресла-коляски с электроприводом и кресла-коляски с ручным приводом (комнатной и (или) прогулочной) (номера видов 7-01, 7-02) не допускается. Допускается одновременное назначение кресла-коляски с электроприводом и кресла-коляски активного типа (номер вида 7-03) при возможности самостоятельного управления. Допускается одновременное назначение кресла-коляски с электроприводом и кресла-коляски с ручным приводом (комнатной) инвалидам и детям-инвалидам при сохранной функции обеих верхних конечностей (номер вида 7-01-01), принимая во внимание условия проживания (многоэтажный дом не оборудованный лифтами и подъемными устройствами), а также наличие у инвалида, ребенка-инвалида стойких выраженных и значительно выраженных нарушений нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленных выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной
--	--	--

		системы, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции	
7-04-01	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней	Стойкие выраженные нарушения функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций, аномалий развития и парезов верхних конечностей (амплитуда активных движений в плечевом и локтевом суставах не превышает 13 - 20	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0.
7-04-01-01	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и аккумуляторные батареи к ней	градусов, в лучезапястном суставе не превышает 9 - 14 градусов, ограничено противопоставление первого пальца (первый палец достигает ладонной поверхности на уровне основания второго пальца); при кулачном хвате пальцы отстоят от ладони на 3 - 4 см;	Относительные медицинские противопоказания: умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);
7-04-01-02	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и аккумуляторные батареи к ней	невозможность схвата мелких и удерживание крупных предметов; снижение мышечной силы верхней конечности до 2 баллов; афферентный парез верхних конечностей в сочетании со стойкими выраженными нарушениями	возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом);
7-04-01-03	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и аккумуляторные батареи к ней	выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних	выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной

7-04-01-04	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы, в том числе при гемиплегии; врожденных аномалий развития нижних конечностей; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность IV степени;	системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета
7-04-01-05	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	хронические заболевания вен, соответствующие 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей; хроническая легочно-сердечная недостаточность (дыхательная недостаточность II степени в сочетании с хронической сердечной недостаточностью IIА степени или с хронической сердечной недостаточностью IIБ степени).	
7-04-01-06	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	Стойкие умеренные нарушения функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций, аномалий развития и парезов верхних конечностей (выраженные или значительно выраженные нарушения одной верхней конечности при сохраненной функции второй верхней	

		конечности) в сочетании со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; врожденных аномалий развития нижних конечностей; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей; хроническая легочно-сердечная недостаточность (дыхательная недостаточность II степени в сочетании с хронической сердечной недостаточностью IIА степени или с хронической сердечной недостаточностью IIБ степени)	
--	--	---	--

7-04-02	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (ДЦП, прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные мышечные атрофии, в том числе спинальная мышечная атрофия Верднига-Гоффмана, заболевания, аномалии (пороки развития) спинного и головного мозга) в сочетании с выраженными нарушениями функции верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций и парезов верхних конечностей (амплитуда активных движений в плечевом и локтевом суставах не превышает 13 - 20 градусов, в лучезапястном суставе не превышает 9 - 14 градусов, ограничено противопоставление первого пальца (первый палец достигает ладонной поверхности на уровне основания второго пальца); при кулачном хвате пальцы отстоят от ладони на 3 - 4 см; невозможность схвата мелких и удерживание крупных предметов; снижение мышечной силы верхней конечности до 2 баллов). Стойкие выраженные или значительно	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0. Относительные медицинские противопоказания: умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); полное отсутствие движений в верхних конечностях; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы,
7-04-02-01	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и аккумуляторные батареи к ней		
7-04-02-02	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и		

	аккумуляторные батареи к ней	выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (ДЦП, прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные мышечные атрофии, в том числе, спинальная мышечная атрофия Верднига-Гоффмана, заболевания, аномалии (пороки развития) спинного и головного мозга) в сочетании с умеренными нарушениями функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций, аномалий развития и парезов верхних конечностей (умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения функции одной верхней конечности при сохраненной функции второй верхней конечности)	дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета
7-04-02-03	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и аккумуляторные батареи к ней		
7-04-02-04	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней		
7-04-02-05	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе		

		для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней		
	7-04-02-06	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней		
	7-05	Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой	

			деятельности, с учетом возможности самостоятельного использования без сопровождающего лица, использования как внутри, так и вне помещений, состояния дорожного покрытия (асфальтированные дороги, с гравийным покрытием и без покрытия). При назначении кресла-коляски малогабаритной (для инвалидов и детей-инвалидов) применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
	7-05-01	Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие высокой двусторонней ампутации бедер	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы,

				дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета. Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8. Протезы (за исключением высокофункциональных протезов с микропроцессорным управлением) и ортезы	8 (8-01 - 8-09-63)		Протезы и ортезы подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, общению, трудовой деятельности	
	8-01	Протезы косметические	Протезы косметические подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности с	

			целью компенсации косметического (эстетического, анатомического) дефекта. Протезы косметические подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протезов косметических применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
	8-01-01	Протез пальца косметический, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие отсутствия пальцев, фаланг пальцев	Абсолютные медицинские противопоказания: пороки и болезни культи пальцев, стойкие комбинированные контрактуры смежных суставов, делающие культи непригодными к использованию косметического протеза. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи пальцев, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств
	8-01-01(1)	Протез пальца пассивный, активный (тяговый), в том числе при недоразвитии конечности		Абсолютные противопоказания: Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности Относительные медицинские

			противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно- волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-01-02	Протез кисти косметический, в том числе при частичном вычленении кисти и недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне головок проксимальных фаланг, вычленении в пястно- фаланговых суставах, на любом уровне пястных костей. При частичном вычленении кисти	Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств
8-01-03	Протез предплечья косметический, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или	Относительные медицинские противопоказания: пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических

		вычленение на уровне лучезапястного сустава	вмешательств; короткая культя предплечья (менее 4 см от локтевого сгиба)
8-01-04	Протез плеча косметический, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча или вычленение на уровне локтевого сустава	Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя плеча (менее 7 см плечевой кости)
8-02	Протезы рабочие	Протезы рабочие подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности. Протезы рабочие подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протезов рабочих применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
8-02-01	Протез кисти рабочий, в том числе при частичном вычленении кисти и	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов

	недоразвитии конечности	(статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне головок проксимальных фаланг, вычленении в пястно-фаланговых суставах, на любом уровне пястных костей. При частичном вычленении кисти	культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-02-02	Протез предплечья рабочий, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава, при достаточном объеме подвижности в локтевом суставе	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парепарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания:

			нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба); выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-02-03	Протез плеча рабочий, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом суставе. Функциональная длина культи плеча на уровне средней трети и нижней трети плеча	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парепарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.

			Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-03	Протезы активные	Протезы активные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности. Протезы активные подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протезов активных применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	

8-03-01	Протез кисти активный (тяговый), в том числе при частичном вычленении кисти и недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне головок проксимальных фаланг, вычленении в пястно-фаланговых суставах, на любом уровне пястных костей. При вычленении и частичном вычленении кисти	Абсолютные противопоказания: Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-03-02	Протез предплечья активный (тяговый), в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава, при достаточном объеме	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно

		подвижности в плечевом и локтевом суставах	выраженный верхний парализ. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-03-03	Протез плеча активный (тяговый), в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические

		плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава, при достаточном объеме подвижности в плечевом суставе. Функциональная длина культи плеча на уровне границы верхней трети и средней трети плеча, нижней трети плеча	нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парепарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-05	Протезы после вычленения плеча	Протезы после вычленения плеча подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых,	

		профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности, для преодоления барьеров в участии в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности. Протез после вычленения плеча подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протеза после вычленения плеча применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
8-05-02	Протез после вычленения плеча функционально-косметический, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие: вычленения плеча; межлопаточно-грудинной ампутации; ампутации плеча в верхней трети с длиной культи менее 7 см	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие

			медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-06	Чехлы на культы верхних конечностей	Вид чехлов на культы верхних конечностей подбирается индивидуально, в зависимости от размера, формы и состояния культы, а также с учетом вида используемого протеза	
8-06-01	Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный	Культи предплечья	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
8-06-02	Чехол на культю плеча хлопчатобумажный	Культи плеча	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
8-06-03	Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый)	Культи верхней конечности при протезировании протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым)	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
8-06-04	Косметическая оболочка на протез верхней конечности	Наличие протеза верхней конечности (для защиты формообразующей косметической кисти и придания естественного цвета и топографии кисти, максимально приближенной к	Медицинские противопоказания отсутствуют

		фактуре естественной, сохраненной конечности)	
8-07	Протезы нижних конечностей	Протезы нижних конечностей подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом положительной трудовой направленности. Протезы подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протеза нижней конечности инвалидам, детям-инвалидам, нуждающимся в первичном протезировании, определяется возможность замены до трех приемных гильз. Длина костной культи бедра определяется как функциональная длина культи и измеряется расстоянием от седалищного бугра до торца культи (до нижней точки плоскости костного опилов бедренной кости). При назначении протезов нижних конечностей применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
8-07-01	Протез стопы, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие наличия культи стопы на различных уровнях переднего	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);

		и среднего отдела, продольных ампутаций стопы	двусторонняя нижняя параплегия, значительно выраженный нижний парапарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи стопы, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; стойкая эквинусная деформация стопы
8-07-04	Протез голени для купания, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культи голени по Пирогову или по Сайму; культи голени после вычленения в голеностопном суставе; культи голени на любом уровне	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов

			культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-07-05	Протез бедра для купания, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому; вычленения в коленном суставе; культы бедра на любом уровне	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом,

			нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез; выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-07-06	Протез голени немодульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культи голени по Пирогову или по	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);

		Сайму; культы голени после вычленения в голеностопном суставе; культы голени на любом уровне при потенциальном достижении 1 - 2 уровня двигательной активности	двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
--	--	---	---

8-07-07	Протез бедра немодульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культи бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому; вычленения в коленном суставе; культи бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1 - 2 уровня двигательной активности	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; эпилептические припадки с отключением сознания; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции;
---------	---	---	--

			выраженный нижний парапарез; выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-07-08	Протез при вычленении бедра немодульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: вычленения в тазобедренном суставе; межподвздошно-брюшной ампутации; гемипельвэктомии; чрезмерно короткой культы бедра (уровень опиления бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см) культы, в том числе атипичной, при 1 - 2 уровне двигательной активности	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия, выраженный или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных

			хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-07-09	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культи голени по Пирогову или по Сайму; культи голени после вычленения в голеностопном суставе; культи голени на любом уровне при потенциальном достижении 1 - 4 уровня двигательной активности	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парепарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские

			противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно- волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы бедра по Гритти или по Гритти- Шимановскому; вычленении в коленном суставе; культы бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1 - 4 уровня двигательной активности	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к

			отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез; выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-07-11	Протез при вычленении бедра модульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений

		конечности вследствие: вычленения в тазобедренном суставе; межподвздошно-брюшной ампутации; гемипельвэктомии; чрезмерно короткой культы бедра (уровень опи́ла бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см) культы в том числе атипичной, при потенциальном достижении 1 - 3 уровня двигательной активности	(гиперкинетические, атактические нарушения). Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно- волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно- волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8-08	Чехлы на культю голени,	Вид чехлов на культы нижних конечностей подбираются индивидуально, в	

	бедра	зависимости от размера, формы и состояния культы, а также с учетом вида используемого протеза.	
8-08-01	Чехол на культю голени хлопчатобумажный	Культи голени	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
8-08-02	Чехол на культю бедра хлопчатобумажный	Культи бедра	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
8-08-03	Чехол на культю голени шерстяной	Культи голени	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
8-08-04	Чехол на культю бедра шерстяной	Культи бедра	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
8-08-05	Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)	Культи голени при протезировании протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым)	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
8-08-06	Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)	Культи бедра при протезировании протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым)	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
8-08-07	Косметическая облицовка на протез нижней конечности	Наличие протеза нижней конечности (для придания протезу формы, максимально приближенной к фактуре естественной, сохраненной конечности)	Медицинские противопоказания отсутствуют
8-09	Прочие протезы, ортезы	Прочие протезы, ортезы подбираются индивидуально, исходя из комплексной	

		оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, общению, трудовой деятельности, с целью компенсации косметического (эстетического, анатомического) дефекта, преодоления психологических барьеров (номера видов 8-09-01, 8-09-03, 8-09-04, 8-09-05, 8-09-06, 8-09-07, 8-09-08, 8-09-09, 8-09-10, 8-09-11), а также для преодоления социально-бытовых и социально-средовых барьеров в получении общего и профессионального образования, профессионального обучения, в выполнении трудовой деятельности, в процессе участия в общественной, творческой деятельности, при занятиях адаптивной физической культурой и адаптивным спортом (номера видов с 8-09-22 по 8-09-63). Протезы, ортезы подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений основных категорий жизнедеятельности. Абзац утратил силу. - Приказ Минтруда России от 16.01.2026 N 10н. При назначении прочих протезов, ортезов применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
8-09-01	Экзопротез молочной железы	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
8-09-02	Чехол для экзопротеза	Отсутствие молочной железы после	Относительные медицинские

	молочной железы трикотажный	мастэктомии или части молочной железы	противопоказания: заболевания кожи в области операционного рубца
8-09-03	Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам)	Врожденная адентия (полная или частичная). Постоперационные дефекты зубных рядов с резекцией челюсти. Атрофия альвеолярного отростка	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: паралич, выраженный парез жевательных мышц
8-09-04	Глазной протез стеклянный	Анофтальм, микрофтальм, субатрофия глазного яблока	Абсолютные медицинские противопоказания: деформация костей орбиты, несовместимая с протезированием; индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: вялотекущий увеит; повышенное внутриглазное давление; внутриглазное инородное тело; предположение о наличии опухоли в глазу; прозрачная роговица нормального диаметра с сохраненной корнеальной чувствительностью
8-09-05	Глазной протез пластмассовый		

8-09-06	Протез ушной	Уродующие деформации наружного уха, сопровождающиеся нарушением целостности уха. Отсутствие наружного уха	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: биологический возраст пациента менее 8 лет; тонкая кожа (менее 5 мм) на месте имплантации; невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования; срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии
8-09-07	Протез носовой	Уродующие деформации носа. Отсутствие носа, частей носа	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
8-09-08	Протез неба	Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм неба	Абсолютные медицинские противопоказания: бульбарные нарушения; миастенический синдром. Относительные медицинские противопоказания: не корригируемые хирургическим путем стенозы фарингоэзофагального сегмента и (или) трахеостомы; лучевая терапия свыше 70 ГР в течение 7 недель (риск развития некроза тканей в
8-09-09	Протез голосовой	Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм гортани	

			зоне фистулы); местные осложнения в области трахеостомы, выраженные и значительно выраженные нарушения функций кровообращения и дыхания
8-09-10	Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и (или) носовой и (или) глазницы)	Анофтальм, микрофтальм в сочетании с отсутствием уха или носа. Посттравматические и послеоперационные дефекты челюстно-лицевой области. Врожденные аномалии челюстно-лицевой области	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: паралич, выраженный парез лицевых мышц; биологический возраст пациента менее 8 лет; тонкая кожа (менее 5 мм) на месте имплантации; невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования; срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии
8-09-11	Протез половых органов	Отсутствие у мужчин наружных половых органов или их части, вследствие травм и дефектов наружных половых органов	Абсолютные медицинские противопоказания: онкологические заболевания половых органов IV стадии без ремиссии; неустранимое истинное недержание мочи; индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
8-09-12	Бандаж ортопедический	Стойкие умеренные нарушения	Относительные медицинские

	на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы	нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности, обусловленные лимфедемой второй стадии	противопоказания: трофические нарушения с острым и подострыми воспалительными процессами кожных покровов; индивидуальная непереносимость материала, из которого изготовлено изделие
8-09-13	Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-пantalоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости	Стойкие умеренные и выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной, мочевыделительной функции (значительные грыжевые выпячивания, обусловленные опущениями органов брюшной полости, вследствие оперативных вмешательств, заболеваний или травматических повреждений)	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие патологии груднопоясничного отдела позвоночника или наличие обширного грыжевого выпячивания брюшной стенки, обуславливающие необходимость пользования полужестким или жестким корсетом; непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
8-09-14	Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обусловленные состоянием после операции на органах грудной клетки и (или) средостения и сопровождающиеся выраженным	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие

		болевым синдромом и требующие ограничения экскурсии грудной клетки	
8-09-15	Бандаж-суспензорий	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и мочевыделительной функции (не вправляемая скользящая пахово-мошоночная грыжа при наличии противопоказаний к хирургическому лечению)	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
8-09-16	Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний	Стойкие умеренные и выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и (или) мочевыделительной функции, обусловленные значительными дефектами передней брюшной стенки, в паховой области, при наличии противопоказаний к хирургическому лечению	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
8-09-16-01	Бандаж грыжевой паховый		
8-09-16-02	Бандаж грыжевой скротальный		
8-09-17	Головодержатель полужесткой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие

		травм, деформаций и аномалий развития шейного отдела позвоночника	
8-09-18	Головодержатель жесткой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития шейного отдела позвоночника	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
8-09-19	Бандаж на коленный сустав (наколенник)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития области коленного сустава при обязательном сочетании с умеренной или выраженной патологией тазобедренного сустава	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
8-09-20	Бандаж компрессионный на нижнюю конечность	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей (хроническое заболевание вен, соответствующее 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен;	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие

		лимфедема в стадии "слоновости" нижних конечностей)	
8-09-21	Бюстгальтер (лиф-крепление) и (или) грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы	Медицинские противопоказания отсутствуют
8-09-22	Корсет мягкой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций позвоночника вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
8-09-22-01	Корсет мягкой фиксации на крестцово-поясничный отдел позвоночника		
8-09-22-02	Корсет мягкой фиксации на поясничный отдел позвоночника		
8-09-22-03	Корсет мягкой фиксации на поясничный и нижегрудной отдел позвоночника		
8-09-22-04	Корсет мягкой фиксации на нижегрудной отдел позвоночника		
8-09-22-05	Корсет мягкой фиксации на поясничный, нижегрудной и грудной отдел позвоночника		
8-09-22-06	Корсет мягкой фиксации		

	на грудной отдел позвоночника
8-09-22-07	Корсет мягкой фиксации на поясничный, ниже-грудной, грудной и выше-грудной отдел позвоночника
8-09-22-08	Корсет мягкой фиксации на выше-грудной отдел позвоночника
8-09-23	Корсет полужесткой фиксации
8-09-23-01	Корсет полужесткой фиксации на крестцово-поясничный отдел позвоночника
8-09-23-02	Корсет полужесткой фиксации на поясничный отдел позвоночника
8-09-23-03	Корсет полужесткой фиксации на поясничный и ниже-грудной отдел позвоночника
8-09-23-04	Корсет полужесткой фиксации на ниже-грудной отдел позвоночника

8-09-23-05	Корсет полужесткой фиксации на поясничный, ниже-грудной и грудной отдел позвоночника
8-09-23-06	Корсет полужесткой фиксации на грудной отдел позвоночника
8-09-23-07	Корсет полужесткой фиксации на поясничный, ниже-грудной, грудной и верхне-грудной отдел позвоночника
8-09-23-08	Корсет полужесткой фиксации на верхне-грудной отдел позвоночника
8-09-24	Корсет жесткой фиксации
8-09-24-01	Корсет жесткой фиксации на крестцово-поясничный отдел позвоночника
8-09-24-02	Корсет жесткой фиксации на поясничный отдел позвоночника
8-09-24-03	Корсет жесткой фиксации на поясничный и грудной отдел позвоночника

8-09-24-04	Корсет жесткой фиксации на крестцовый, поясничный и грудной отдел позвоночника		
8-09-25	Корсет функционально-корректирующий		
8-09-26	Реклинатор - корректор осанки		
8-09-27	Аппарат на кисть	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
8-09-28	Аппарат на кисть и лучезапястный сустав		
8-09-29	Аппарат на лучезапястный сустав		
8-09-30	Аппарат на локтевой сустав		
8-09-31	Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы		
8-09-32	Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы		
8-09-33	Аппарат на локтевой и плечевой суставы		
8-09-34	Аппарат на		

	лучезапястный, локтевой и плечевой суставы		
8-09-35	Аппарат на плечевой сустав		
8-09-36	Аппарат на всю руку		
8-09-37	Аппарат на голеностопный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
8-09-37-01	Аппарат на голеностопный сустав с двойным следом		
8-09-38	Аппарат на голеностопный и коленный суставы		
8-09-39	Аппарат на коленный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
8-09-40	Аппарат на тазобедренный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
8-09-41	Аппарат на коленный и тазобедренный суставы		

8-09-42	Аппарат на всю ногу	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
8-09-43	Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
8-09-44	Тутор на лучезапястный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
8-09-45	Тутор на предплечье		
8-09-46	Тутор на локтевой сустав		
8-09-47	Тутор на плечевой сустав		
8-09-48	Тутор на всю руку		
8-09-49	Тутор на голеностопный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний,	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки
8-09-50	Тутор косметический на голень		
8-09-51	Тутор на коленный сустав		

8-09-52	Тutor на тазобедренный сустав	последствий травм, аномалий развития	своего состояния и ситуации в целом
8-09-53	Тutor на коленный и тазобедренный суставы		
8-09-54	Тutor на всю ногу	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
8-09-63	Аппарат на голеностопный и коленный суставы с микропроцессорным управлением	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Абсолютные противопоказания: двусторонний полный паралич нижних конечностей с поражением ягодичных мышц; умеренная и высокая спастика; стойкие выраженные контрактуры коленного и (или) тазобедренного сустава и (или) варусно-вальгусная деформация этих суставов более 10 градусов; отсутствие опыта ежедневной ходьбы более 10 лет; выраженные слабость и (или) истощение при прогрессировании патологического процесса; укорочение конечности более 15 см; масса тела более 125 кг; рост менее 150 см. Относительные противопоказания: спастические явления ниже среднего или

				низкие; корректируемые контрактуры коленного и (или) тазобедренного сустава и (или) варусно-вальгусная их деформация до 10 градусов; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; возраст менее 12 лет
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
8(1). Высокофункциональные протезы с микропроцессорным управлением	8(1) (8(1)-04 - 8(1)-05-01, 8(1)-07, 8(1)-07-12 - 8(1)-07-14)		Протезы подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, общению, трудовой деятельности	
	8(1)-04	Протезы верхних конечностей с микропроцессорным управлением	Протезы верхних конечностей с микропроцессорным управлением подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности у инвалида, ребенка-инвалида (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности. Принимается во внимание ведение активной повседневной деятельности инвалида, ребенка-инвалида в учебе, работе, быту, включая заботу о членах семьи,	

			высокую реабилитационную направленность (мотивацию) к обучению и к трудовой деятельности с целью достижения максимально возможной самостоятельности и самореализации. Протезы верхних конечностей с микропроцессорным управлением подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом электрической активности управляющих мышц культи и мышц-антагонистов, при условии использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности, оценка которых осуществляется по истечении срока пользования протезом. При назначении протезов верхних конечностей с микропроцессорным управлением в зависимости от вида изделия с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня.	
	8(1)-04-01	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при частичном вычленении кисти и недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне головок проксимальных фаланг, вычленении в пястно-фаланговых суставах, на любом уровне пястных костей. При частичном вычленении кисти	Абсолютные противопоказания: Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц культи составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ (для протезов с миоуправлением); нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки

			и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8(1)-04-02	Протез предплечья с микропроцессорным управлением, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парепарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-

			волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц культи составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ; нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба); выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8(1)-04-03	Протез плеча с микропроцессорным	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных,	Абсолютные медицинские противопоказания:

	управлением, в том числе при недоразвитии конечности	скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культы плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава при сохраненном объеме подвижности в плечевом суставе. Функциональная длина культы плеча на уровне границы средней и верхней трети плеча, с приоритетным протезированием доминантной верхней конечности	значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний параспарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц культы составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ; нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом);
--	--	---	---

			выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8(1)-05	Протезы с микропроцессорным управлением после вычленения плеча	Протезы после вычленения плеча с микропроцессорным управлением подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности, для преодоления барьеров в участии в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности. Протез после вычленения плеча с микропроцессорным управлением подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности, оценка которых осуществляется по истечении срока пользования протезом. При назначении протеза с микропроцессорным управлением после вычленения плеча с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня.	
8(1)-05-01	Протез после вычленения плеча с микропроцессорным	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения

	управлением, в том числе с электромеханическим приводом и контактной системой управления, в том числе при недоразвитии конечности	(статодинамических) функций верхней конечности вследствие: вычленения плеча; межлопаточно-грудинной ампутации; ампутации плеча в верхней трети с длиной культи менее 7 см	статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
--	---	---	--

8(1)-07	Протезы нижних конечностей с микропроцессорным управлением	Протезы нижних конечностей с микропроцессорным управлением подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом положительной трудовой направленности. При назначении протезов нижних конечностей с микропроцессорным управлением принимается во внимание ведение активной повседневной деятельности в учебе, работе, быту, включая заботу о членах семьи, высокую реабилитационную направленность (мотивацию) к обучению и к трудовой деятельности с целью достижения максимально возможной самостоятельности, самореализации и мобильности, при условии потенциального достижения соответствующего уровня двигательной активности: 1 уровень - возможность передвижения в ограниченном пространстве: инвалид передвигается на короткие расстояния в пределах квартиры или дома с помощью дополнительных средств опоры (ходунки, костыли) или с помощью посторонних лиц, надевание и управление протезом затруднено (номера видов 8(1)-07-12, 8(1)-07-14); 2 уровень - ограниченные возможности передвижения во внешнем мире: инвалид передвигается с помощью протеза по ровной поверхности, без дополнительных средств опоры, продолжительность и дальность ходьбы умеренно ограничены, инвалид может самостоятельно надевать протез, управление протезом среднее (номера видов 8(1)-07-12, 8(1)-07-14); 3 уровень - неограниченные возможности передвижения во внешнем мире: инвалид может передвигаться на протезе с различной скоростью, без затруднений преодолевая любые препятствия, инвалид в состоянии выполнять значительные физические нагрузки, связанные с нахождением на ногах, для выполнения бытовых или производственных задач, продолжительность и дальность ходьбы в
---------	--	--

		сравнении со здоровыми людьми ограничена незначительно (номера видов 8(1)-07-12, 8(1)-07-13, 8(1)-07-14); 4 уровень - неограниченные возможности передвижения во внешнем мире с повышенными требованиями к протезированию: инвалид уверенно передвигается с помощью протеза, продолжительность и дальность ходьбы не ограничены, отличное управление протезом, вследствие активной эксплуатации протеза и повышенных функциональных потребностей, повышены требования к конструкции протеза (повышенная надежность узлов и их динамическая активность, надежное крепление протеза и увеличенные амортизационные функции) (номер вида 8(1)-07-12). Протезы подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности, оценка которых осуществляется по истечении срока пользования. При назначении протеза нижней конечности инвалидам, детям-инвалидам, нуждающимся в первичном протезировании, определяется возможность замены до трех приемных гильз. Длина костной культи бедра определяется как функциональная длина культи и измеряется расстоянием от седалищного бугра до торца культи (до нижней точки плоскости костного опиления бедренной кости). При назначении протезов нижних конечностей с микропроцессорным управлением в зависимости от вида изделия с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня.	
8(1)-07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: костной культи (культей) бедра длиной не	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);

		менее 6 см	значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; двусторонняя нижняя параплегия, выраженный или значительно выраженный нижний парапарез; стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и (или) стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств;
--	--	------------	--

			выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
8(1)-07-13	Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: вычленения в тазобедренном суставе; межподвздошно-брюшной ампутации; гемипельвэктомии; чрезмерно короткой культы бедра (уровень опи́ла бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см), в том числе	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции;

			атипичной.	двусторонняя нижняя параплегия; выраженный или значительно выраженный нижний парапарез; стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и (или) стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно- волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом; нарушения поведения, аффективно- волевые, психоподобные нарушения,
--	--	--	------------	--

				психопатизация личности; выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; наличие эпилептических припадков с нарушениями сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом)
	8(1)-07-14	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие культы голени на уровне верхней и средней трети. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие культы голени на уровне нижней трети при двусторонней ампутации	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов

				культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и (или) реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности
9. Ортопедическая обувь	9 (9-01 - 9-02-04)		Ортопедическая обувь подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности	
	9-01	Ортопедическая обувь без утепленной подкладки	Ортопедическая обувь без утепленной подкладки подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе	

			анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом климатической зоны проживания, с целью преодоления барьеров, препятствующих получению услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Ортопедическая обувь без утепленной подкладки подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении ортопедической обуви без утепленной подкладки в зависимости от вида изделия с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня. Абзац утратил силу. - Приказ Минтруда России от 16.01.2026 N 10н	
9-01-01	Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм нижних конечностей, в том числе деформаций стоп и голеностопного сустава; лимфостаза (слоновости); синдрома диабетической стопы; акромегалии; при использовании туторов	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению	

	9-01-02	Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при использовании протеза нижней конечности	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия
	9-01-03	Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара)	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при использовании протезов нижней конечности	Медицинские противопоказания отсутствуют
	9-01-04	Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при определении медицинских показаний для обеспечения аппаратом	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы
	9-01-05	Ортопедическая обувь	Стойкие умеренные, выраженные	

	сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)	нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при использовании протеза нижней конечности и аппарата на сохраненную конечность	ортопедического изделия
9-01-06	Вкладной башмачок	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, связанные с ампутацией переднего и среднего отделов стопы	
9-02	Ортопедическая обувь на утепленной подкладке	Ортопедическая обувь на утепленной подкладке подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом климатической зоны проживания, с целью преодоления барьеров, препятствующих получению услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Ортопедическая обувь на утепленной подкладке подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении ортопедической обуви на утепленной подкладке в зависимости от	

		вида изделия с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня. Абзац утратил силу. - Приказ Минтруда России от 16.01.2026 N 10н	
9-02-01	Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм нижних конечностей, в том числе деформаций стоп и голеностопного сустава; лимфостаза (слоновости); синдрома диабетической стопы; акромегалии; при использовании тугторов	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия
9-02-02	Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при использовании протеза нижней конечности	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия
9-02-03	Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	

			(статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при определении медицинских показаний для обеспечения аппаратом	
	9-02-04	Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при использовании протеза нижней конечности и аппарата на сохраненную конечность	
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
10. Противопролежневые матрацы и подушки	10 (10-01-01 - 10-02-03)		Противопролежневые матрацы и подушки подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию	
	10-01	Противопролежневые матрацы	Противопролежневые матрацы подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию, с учетом невозможности самостоятельного передвижения и самообслуживания и нуждаемости в постоянном постороннем уходе, принимая во внимание	

			характеристику семьи и ближайшего окружения (одинокий). Противопролежневые матрасы подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении противопролежневых матрасов с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов противопролежневым матрасом под номером 10-01 назначается одно наименование, наиболее полно компенсирующие имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности	
	10-01-01	Противопролежневый матрас полиуретановый	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к вынужденному длительному лежанию или обездвиженности	Медицинские противопоказания отсутствуют
	10-01-02	Противопролежневый матрас гелевый		
	10-01-03	Противопролежневый матрас воздушный (с компрессором)		
	10-02	Противопролежневые подушки	Противопролежневые подушки подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию, с учетом получения общего и профессионального	

			образования, профессионального обучения, положительной трудовой направленности, выполнения трудовой деятельности, участия в общественной, творческой деятельности, преодоления значимых расстояний в течение дня, занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, длительного пребывания в положении сидя, в том числе при использовании кресла-коляски. Противопролежневые подушки подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении противопролежневых подушек с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов противопролежневой подушкой под номером 10-02 назначается одно наименование, наиболее полно компенсирующие имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности	
	10-02-01	Противопролежневая подушка полиуретановая	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к невозможности самостоятельного передвижения, с целью профилактики трофических нарушений	Медицинские противопоказания отсутствуют
	10-02-02	Противопролежневая подушка гелевая		
	10-02-03	Противопролежневая подушка воздушная		
11 . Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов	11 (11-01-01 - 11-01-10)		Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных	

			стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию	
	11-01	Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов	Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию. Приспособления подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении приспособлений для одевания, раздевания и захвата предметов с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
	11-01-01	Приспособление для надевания рубашек	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций верхних конечностей и позвоночника; последствий травм и заболеваний	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных
	11-01-02	Приспособление для надевания колгот		
	11-01-03	Приспособление для надевания носков		
	11-01-04	Приспособление (крючок)		

		для застегивания пуговиц	центральной нервной системы	с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей
	11-01-05	Захват активный	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования креслом-коляской)	
	11-01-06	Захват для удержания посуды		
	11-01-07	Захват для открывания крышек		
	11-01-08	Захват для ключей		
	11-01-09	Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и прочее)		
	11-01-10	Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания		
12. Специальная одежда	12 (12-01-01 - 12-01-07)		Специальная одежда подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию	
	12-01	Специальная одежда	Специальная одежда подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных,	

			социально-бытовых, социально-средовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию, с учетом получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, положительной трудовой направленности, выполнения трудовой деятельности, участия в общественной, творческой деятельности, преодоления значимых расстояний в течение дня, занятий паралимпийскими видами спорта и адаптивной физкультурой и адаптивным спортом, а также при использовании прогулочной кресло-коляски (номер вида 12-01-02), а также малогабаритной кресло-коляски (номер вида 12-01-03, 12-01-04). Специальная одежда подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении специальной одежды с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня. При назначении специальной одежды для инвалидов (детей-инвалидов) под номером 12-01-01 определяется один из видов комплектности изделия: пальтово-костюмный ассортимент, платьево-блузочный ассортимент, верхние сорочки, нательное белье	
12-01-01	Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей	Медицинские противопоказания отсутствуют	
12-01-02	Ортопедические брюки	Стойкие выраженные, значительно	Медицинские противопоказания	

		выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей при использовании кресел-колясок	отсутствуют
12-01-03	Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей	
12-01-04	Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей	
12-01-05	Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (протезированная культя верхней конечности)	
12-01-06	Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей)	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (протезированные культи обеих верхних конечностей)	

	12-01-07	Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (деформированные верхние конечности)	
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
13. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения	13 (13-01-01 - 13-01-04)		Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к ориентации, общению, обучению, трудовой деятельности	
	13-01	Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения	Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к ориентации, общению, обучению, трудовой деятельности при возможности осознанного использования полученной информации, с учетом положительной трудовой установки, для преодоления барьеров в выполнении трудовой деятельности (в том числе в специально созданных условиях (например, возможность полностью или частично работать на дому, номер вида 13-01-02), в получении общего и профессионального образования, профессионального обучения (в том числе по адаптированным	

			образовательным программам (на дому: номер вида 13-01-02), в участии в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении специальных устройств для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
	13-01-01	Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах	Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения сенсорных (зрительных) функций вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения	Относительные медицинские противопоказания: нарушения функции слуха IV степени
	13-01-02	Электронный ручной видеоувеличитель	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01 - 0,1)	Медицинские противопоказания отсутствуют

	13-01-03	Электронный стационарный видеоувеличитель	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01 - 0,1)	
	13-01-04	Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат	Стойкие выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05 - 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации	
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения	14 (14-01-01)		Собаки-проводники подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к ориентации, самостоятельному передвижению, самообслуживанию, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом (старше 18 лет), положительной трудовой установки, для преодоления барьеров в выполнении трудовой деятельности (в том числе в специально	

			созданных условиях), в получении общего и профессионального образования, профессионального обучения (в том числе по адаптированным образовательным программам), в участии в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности. Собаки-проводники подбираются инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида стойких ограничений жизнедеятельности	
	14-01-01	Собака-проводник с комплектом снаряжения	Стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и (или) концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов)	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергические реакции на шерсть собаки; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания; выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы;

				выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга любого генеза; возраст менее 18 лет. Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга любого генеза; заболевания центральной и периферической нервной системы, сопровождающихся пароксизмальными состояниями; выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; выраженные, значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, эндокринной системы и метаболизма; нарушения слуховых функций IV степени, глухота
--	--	--	--	---

15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом	15 (15-01 - 15-01-02)		Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к ориентации, самостоятельному передвижению, самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности
	15-01	Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом	Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к ориентации, самостоятельному передвижению, самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом, позволяющим осознанно использовать полученную информацию, принимая во внимание характеристику семьи и ближайшего окружения (одинокий). Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении медицинских термометров и тонометров с речевым выходом с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня

	15-01-01	Медицинский термометр с речевым выходом	Стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза: 0 - 0,04 с коррекцией). Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III, IV степени	Относительные медицинские противопоказания: глухота; возраст менее 7 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом)
	15-01-02	Медицинский тонометр с речевым выходом	Стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза: 0 - 0,04 с коррекцией, в сочетании с установленным диагнозом, связанным с различными нарушениями артериального давления (гипертензия и гипотензия). Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III, IV степени.	Относительные медицинские противопоказания: глухота; возраст менее 10 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом)
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные	16 (16-01 - 16-01-03)		Сигнализаторы звука световые и вибрационные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе	

			анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности	
	16-01	Сигнализаторы звука световые и вибрационные	Сигнализаторы звука световые и вибрационные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом, получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, выполнения трудовой деятельности в условиях специально оборудованного рабочего места, принимая во внимание характеристику семьи и ближайшего окружения (одинокий). Сигнализаторы звука световые и вибрационные подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности	
	16-01-01	Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота	Абсолютные медицинские противопоказания: заболевания, последствия травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и (или)

				концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов), в том числе, абсолютная центральная скотома 10 и более градусов. Относительные медицинские противопоказания: возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом)
	16-01-02	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота	Относительные медицинские противопоказания: возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом)
	16-01-03	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота	Абсолютные медицинские противопоказания: заболевания, последствия травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и (или) концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов), в том числе, абсолютная центральная скотома 10 и более градусов. Относительные медицинские противопоказания: возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом)
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными	17 (17-01 - 17-01-		Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки	

вкладышами индивидуального изготовления	16)		имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности
	17-01	Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления	Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности, с учетом положительной трудовой направленности, для преодоления барьеров в получении общего и профессионального образования, профессионального обучения, в выполнении трудовой деятельности в условиях специально оборудованного рабочего места, для участия в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности. Слуховые аппараты подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. Специалисты федеральных учреждений медико-социальной экспертизы определяют вид слухопротезирования (моно- или бинауральное) инвалидам, детям-инвалидам как с изолированным нарушением сенсорных функций (слуха), так и с сочетанным нарушением сенсорных функций (зрения и слуха) по заключению специалиста в данной области (врача-сурдолога).

			Инвалидам, детям-инвалидам с умеренными, выраженными, значительно выраженными нарушениями сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения в сочетании с незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) рекомендуется бинауральное слухопротезирование. Нуждаемость в слуховых аппаратах под номерами с 17-01-01 по 17-01-04 и с 17-01-09 по 17-01-10 не рекомендуется определять детям до 18-летнего возраста. При назначении слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
17-01-01	Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный	Стойкие умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании со стойкими незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей. Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) у детей и взрослых. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01 - 0,1) в сочетании со стойкими	Относительные медицинские противопоказания: при бинауральном слухопротезировании - наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и крутонисходящей аудиограммы (другое ухо), наличие преимущественно ретрокохлеарного поражения слухового анализатора	
17-01-02	Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный			
17-01-03	Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности			
17-01-04	Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности			
17-01-05	Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный			

17-01-06	Слуховой аппарат цифровой заушный мощный	незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей и взрослых	
17-01-07	Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности		
17-01-08	Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности		
17-01-09	Слуховой аппарат карманный сверхмощный		
17-01-10	Слуховой аппарат карманный мощный		
17-01-11	Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования		
17-01-12	Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный	Стойкие умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании со стойкими незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей при отсутствии возможности слухопротезирования заушным слуховым аппаратом и с учетом анатомических особенностей	
17-01-13	Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности		
17-01-14	Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности		

		слухового прохода. Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) у детей и взрослых при отсутствии возможности слухопротезирования заушным слуховым аппаратом и с учетом анатомических особенностей слухового прохода. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01 - 0,1) в сочетании со стойкими незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей и взрослых	
17-01-15	Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании со стойкими незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей; стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) (у взрослых и детей) вследствие: заболеваний, последствий травм, аномалий развития органов слуха	Относительные медицинские противопоказания: прогрессирующая потеря слуха; односторонняя или асимметричная тугоухость; кохлеовестибулярный синдром

			(двусторонняя врожденная атрезия или приобретенный стеноз наружного слухового прохода); разрушения цепи косточек среднего уха, не поддающегося хирургической коррекции после нескольких радикальных операций на среднем ухе; генетических синдромов, при которых имеется двусторонняя аотия или микротия (стеноз или атрезия наружного слухового прохода и недоразвитие различных частей системы среднего уха (цепи слуховых косточек), не поддающиеся хирургической коррекции (синдром Гольденхара, Тричера Коллинза и другие); рецидивирующие воспалительные заболевания в наружном слуховом проходе, злокачественный наружный отит, невозможность использования других видов слуховых аппаратов (двусторонний хронический гнойный средний отит с частыми рецидивирующими гноетечениями), двусторонний отосклероз и тимпаносклероз	
17-01-16	Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании со стойкими незначительными,	Относительные медицинские противопоказания: при бинауральном слухопротезировании - наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и	

			умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей. Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) у детей и взрослых. Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01 - 0,1) в сочетании со стойкими незначительными умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей и взрослых	крутотонисходящей аудиограммы (другое ухо), наличие преимущественно ретрокохлеарного поражения слухового анализатора
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами	18 (18-01-01)		Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, с учетом получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, при отсутствии развитой информационной инфраструктуры, принимая во внимание характеристику семьи и ближайшего окружения (одинокий), осуществления досуговой деятельности, осознанного	

			использования полученной информации (формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом). Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении телевизора с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
	18-01-01	Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и (или) концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов); абсолютная центральная скотома 10 и более градусов
19 . Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом	19 (19-01-01 - 19-01-02)		Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных	

			ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности, с учетом получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, для преодоления барьеров в выполнении трудовой деятельности, для участия в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности, при осознанном использовании полученной информации (формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом). Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего раздела, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении телефонного устройства с функцией видеосвязи, навигацией и с текстовым выходом с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
	19-01-01	Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и (или) концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов); абсолютная центральная скотома 10 и более градусов
	19-01-02	Телефонное устройство с	Стойкие выраженные и значительно	Относительные медицинские

		функцией невизуальной навигации	выраженные нарушения сенсорных (зрительных) функций вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения	противопоказания: нарушения функции слуха IV степени
20. Голосообразующие аппараты	20 (20-01-01)		Голосообразующие аппараты подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, обучению, трудовой деятельности, с учетом получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, выполнения трудовой деятельности, участия в общественной, творческой деятельности. Голосообразующие аппараты подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. Эффективность использования голосообразующего аппарата оценивается при определении медицинских показаний и противопоказаний по истечении срока пользования	
	20-01-01	Голосообразующий аппарат	Стойкие умеренные нарушения языковых и речевых функций (голосовой функции) вследствие заболеваний, врожденных аномалий, последствий травм органов речи, в том числе при удалении гортани	Абсолютные медицинские противопоказания: глухонмота; бульбарный синдром. Относительные медицинские противопоказания: воспалительный процесс в области трахеостомы; заболевания легких с выраженными

				нарушениями функции дыхательной системы
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники)	21 (21-01-01 - 21-01-45)		Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, трудовой деятельности	
	21-01	Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники)	Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, положительной трудовой направленности, для преодоления барьеров в выполнении трудовой деятельности, для участия в общественной, творческой деятельности, в преодолении значимых расстояний в течение дня (номера видов 21-01-15, 21-01-21), при занятиях адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в процессе осуществления досуговой деятельности, необходимости проведения санитарно-гигиенических процедур (номера видов 21-01-29 - 21-01-36). Специальные средства при нарушениях функций выделения подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений	

		жизнедеятельности. При назначении уропрезервативов (номера видов 21-01-18, 21-01-19) при наличии медицинских показаний допускается определение нужды в абсорбирующем белье, подгузниках (номер вида 22-01), не более 1 изделия в сутки. При назначении инвалидам, детям-инвалидам мужского пола с поражением спинного мозга специальных средств при нарушениях функций выделения, использующих уропрезервативы, учитывается характер нарушения функций тазовых органов, в том числе наличие сочетанных нарушений функции нижних мочевыводящих путей (недержание мочи и задержка мочи), с учетом заключения медицинской организации допускается одновременное назначение уропрезервативов (номера видов 21-01-18, 21-01-19), катетеров (номера видов 21-01-20, 21-01-21), анальных тампонов (номер вида 21-01-27) (при стойкой задержке стула не более 1 анального тампона в сутки), абсорбирующего белья (простынь-пеленка), подгузников (номер вида 22-01) (не более 1 изделия в сутки (при использовании уропрезервативов). При назначении инвалидам, детям-инвалидам с нарушением мочевыделительной функции (задержка мочи) возможно сочетание катетеров для самокатетеризации лубрицированных (номер вида 21-01-20) и наборов-мочеприемников для самокатетеризации (номер вида 21-01-21) (при необходимости катетеризации 6 раз в сутки, что эквивалентно средней норме частоты мочеиспускания здорового человека). С учетом заключения медицинской организации при задержке мочи возможно назначение менее 6 используемых специальных средств в сутки. При наличии медицинских показаний специальные средства при нарушениях функций выделения под номерами с 21-01-43 по 21-01-45 назначаются детям-инвалидам в возрасте от 0 до 1 года. Детям-инвалидам старше 1 года назначение определяется по заключению врача - специалиста медицинской организации. При назначении специальных средств при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемников) с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня.
--	--	---

			Специальные средства при нарушениях функций выделения инвалидам, детям-инвалидам при необходимости могут назначаться инвалидам бессрочно (для детей-инвалидов до достижения возраста 18 лет) через 2 года наблюдения при невозможности устранения патологического состояния	
	21-01-01	Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования
	21-01-02	Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при их расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования
	21-01-03	Однокомпонентный недренируемый калоприемник с фильтром со встроенной плоской пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным	Абсолютные медицинские противопоказания: еюностома, кишечный свищ, илеостома и колостома с жидким кишечным отделяемым;

		кишечным отделяемым	колостомы при наличии парастомальной грыжи, перистомальных кожных осложнений
21-01-04	Однокомпонентный недренируемый калоприемник с фильтром со встроенной конвексной пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками на уровне кожи (плоские стомы)	
21-01-05	Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы (илеоконduit или уретерокутанеостомы)	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура уростомы при необходимости ее бужирования
21-01-06	Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)	
21-01-07	Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием: еюностомы,	Относительные медицинские противопоказания: наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной

	адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый	илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке. Кожные осложнения в перистомальной области	грыжи (для калоприемников с жестким фланцем)
21-01-08	Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при их расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)	
21-01-09	Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый с фильтром	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым. Кожные осложнения в перистомальной области	Абсолютные медицинские противопоказания: колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостома, еюностома и кишечный свищ. Относительные медицинские противопоказания: колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии изогнутых поверхностей в перистомальной области,

			парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем)
21-01-10	Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок недренируемый с фильтром	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)	Абсолютные медицинские противопоказания: колостомы с жидким кишечным отделяемым, илеостомы, еюностомы и кишечный свищ
21-01-11	Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы (илеоконduit или уретерокутанеостомы)	Относительные медицинские противопоказания: наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для уроприемников с жестким фланцем)
21-01-12	Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, уростомный мешок	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)	
21-01-13	Пояс для калоприемников и уроприемников	Для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, обязательно с конвексными	

		пластинами	
21-01-14	Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным кишечным отделяемым при выраженных аллергических реакциях на адгезивы	Абсолютные медицинские противопоказания: илеостома и колостома с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым
21-01-15	Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы, нефростомы, цистостомы, уретерокутанеостомы, илеального кондуита. Недержание, задержка мочи, корректируемые с помощью использования уропрезерватива и уретральных катетеров длительного и постоянного пользования	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции со стороны кожи
21-01-16	Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной		
21-01-17	Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге	Для дополнительной фиксации мочеприемников при уростоме, нефростоме, цистостоме, уретерокутанеостоме, недержании мочи, корректируемых с помощью уропрезерватива	
21-01-18	Уропрезерватив с пластырем	Недержание мочи у мужчин	
21-01-19	Уропрезерватив		

	самоклеящийся		
21-01-20	Катетер для самокатетеризации лубрицированный	Задержка мочи, континентная уростомы с резервуаром	Абсолютные медицинские противопоказания: острые воспалительные заболевания мочеполовой системы; травма уретры; стриктура уретры
21-01-21	Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации	Задержка мочи	
21-01-22	Катетер уретральный длительного пользования	При полной или частичной неспособности самостоятельного опорожнения мочевого пузыря	
21-01-23	Катетер уретральный постоянного пользования		
21-01-24	Катетер для эпицистостомы	Эпицистома	
21-01-25	Система (с катетером) для нефростомии	Нефростома	
21-01-26	Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы	Уретерокутанеостома	
21-01-27	Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)	Инконтиненция (недержания кала) (I - II степени), недостаточность анального сфинктера функциональная, послеоперационная, посттравматическая, послеродовая	Абсолютные медицинские противопоказания: тяжелые травматические, рубцовые изменения сфинктера; кишечные инфекции; воспалительные заболевания кишечника (Болезнь Крона, язвенный колит);

			раны анального канала; ректальные свищи; диарея; инконтиненция тяжелой степени (III степень)
21-01-28	Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому	Для промывания (опорожнения) кишечника только через колостому (сигмостому, десцендостому), строго по рекомендации колопроктолога	Абсолютные медицинские противопоказания: стриктура сигмостомы; дивертикулез ободочной кишки; воспалительные заболевания толстой кишки; сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации (при неэффективности использования медикаментозных и немедикаментозных методов). Относительные медицинские противопоказания: диарея; нарушения зрения, моторики кисти, препятствующие безопасному проведению ирригации
21-01-29	Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г	Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке. Неровности и кожные осложнения в перистомальной области.	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которых изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей; наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений
21-01-30	Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в	Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке.	

	полосках, не менее 60 г	Глубокие складки и неровности в перистомальной области, кожные осложнения	
21-01-31	Крем защитный в тубе, не менее 60 мл	Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы	
21-01-32	Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г	Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы при наличии перистомального дерматита в стадии мацерации, эрозирования, денудирования кожи	
21-01-33	Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме, а также при недержании мочи или кала для защиты кожи от контакта с агрессивным кишечным отделяемым или мочой, защиты кожи перистомальной области или промежности от механических повреждений	
21-01-34	Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт		
21-01-35	Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме, а также при недержании мочи или кала для ухода и обработки кожи вокруг стомы или в области промежности	
21-01-36	Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт		
21-01-37	Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме	Абсолютные медицинские противопоказания:

21-01-38	Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт	При илеостоме для сгущения кишечного отделяемого, собранного в стомном мешке	аллергическая реакция на компоненты, из которых изготовлено средство
21-01-39	Адгезивная пластина- полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт	Колостома, илеостома, еюностома и кишечный свищ, уростомы, расположенная в неудобном для фиксации калоприемников или уроприемников месте передней стенки	
21-01-40	Адгезивная пластина - кожный барьер	При выраженных повреждениях перистомальной области при колостоме, илеостоме, уростоме, еюностоме и кишечных свищах	
21-01-41	Защитные кольца для кожи вокруг стомы	Повреждение или неровности кожи вокруг колостомы, илеостомы или уростомы, еюностомы и кишечных свищах	
21-01-42	Тампон для стомы	Колостома (сигмостома) при оформленном кишечном отделяемом	Абсолютные медицинские противопоказания: илеостома, уростома, еюностома; кишечные свищи; жидкое кишечное отделяемое; склонность к диарее при колостоме, илеостоме, уростоме
21-01-43	Однокомпонентный дренируемый	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения	Относительные медицинские противопоказания:

		калоприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной	пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке	перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования, возраст старше 1 года
	21-01-44	Однокомпонентный дренируемый уроприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы (илеоконduit или уретерокутанеостомы)	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура уростомы при необходимости бужирования, возраст старше 1 года
	21-01-45	Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке. Кожные осложнения в перистомальной области	Относительные медицинские противопоказания: наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области (втянутость или неровность), парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем), возраст старше 1 года
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
22. Абсорбирующее белье, подгузники	22 (22-01-01 - 22-01-18)		Абсорбирующее белье, подгузники подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых,	

			профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию
	22-01	Абсорбирующее белье, подгузники	Абсорбирующее белье, подгузники подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию, принимая во внимание необходимость проведения санитарно-гигиенических процедур. Абсорбирующее белье, подгузники подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении подгузников для детей весом от 30 кг и выше назначаются подгузники под номерами с 22-01-04 по 22-01-13 с учетом объема талии, бедер, а также прокладки урологические. При назначении абсорбирующего белья, подгузников для детей под номерами 22-01-01, 22-01-02, 22-01-03, 22-01-14, 22-01-15, 22-01-16, 22-01-17, 22-01-18, с учетом наличия медицинских показаний и отсутствия медицинских противопоказаний, количество впитывающих простыней (пеленок) и (или) подгузников определяется в зависимости от возраста ребенка: от 0 до 3 лет - не более 8 часов (не более 3 изделий в сутки), от 4 до 7 лет - не более 6 часов (не более 4 изделий в сутки), от 8 до 18 лет - не более 5 часов (не более 5 изделий в сутки). Назначение абсорбирующего белья (впитывающие простыни (пеленки), подгузников для детей и прокладок урологических возможно в сочетании (например, впитывающая простынь (пеленка), подгузник и прокладка урологическая), либо только одно наименование (например, либо впитывающие простыни (пеленки), либо подгузники, либо прокладки урологические). При назначении абсорбирующего белья, подгузников для детей весом свыше 30 кг под номерами с 22-01-01 по 22-01-13, с 22-01-19 по 22-01-22 суммарное суточное

			количество впитывающих простыней (пеленок), подгузников и урологических прокладок определяется в зависимости от возраста. С учетом заключения медицинской организации, при необходимости, возможно назначать инвалидам подгузники для детей. При назначении абсорбирующего белья, подгузников для взрослых под номерами с 22-01-01 по 22-01-13, с 22-01-19 по 22-01-22 с учетом наличия медицинских показаний и отсутствия медицинских противопоказаний, количество абсорбирующего белья, подгузников и прокладок урологических определяется в зависимости от степени выраженности нарушений пищеварительной системы и (или) мочевыделительной функции: не более 8 часов (не более 3 изделий в сутки) при выраженных нарушениях пищеварительной системы и (или) мочевыделительной функции, не более 6 часов (не более 4 изделий в сутки) при значительно выраженных нарушениях мочевыделительной функции, при синдроме полиурии - не более 5 часов (не более 5 изделий в сутки). При определении нуждаемости в прокладках урологических под номерами с 22-01-19 по 22-01-22 инвалидам (детям-инвалидам) с выраженными нарушениями мочевыделительной функции при недержании мочи не менее 600 мл в течение 8 часов прокладки урологические назначаются в количестве не более 3 изделий в сутки, принимая во внимание предпочтения инвалида (ребенка-инвалида), ведение активной повседневной деятельности в учебе, работе, быту для достижения максимально возможной самостоятельности и самореализации. При назначении абсорбирующего белья, подгузников с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня.
22-01-01	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функции пищеварительной системы и (или) мочевыделительной функции вследствие заболеваний, последствий	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на материал, из которого изготовлены изделия

22-01-02	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)	травм, пороков развития центральной, периферической нервной системы; заболеваний, последствий травм, пороков развития мочеполовой и пищеварительной систем
22-01-03	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)	
22-01-04	Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии, бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г	
22-01-05	Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии, бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г	
22-01-06	Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии, бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г	
22-01-07	Подгузники для взрослых,	

	размер "S" (объем талии, бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г		
22-01-08	Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии, бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г		
22-01-09	Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии, бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г		
22-01-10	Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии, бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г		
22-01-11	Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии, бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г		

22-01-12	Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии, бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г		
22-01-13	Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии, бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г		
22-01-14	Подгузники для детей весом до 5 кг		
22-01-15	Подгузники для детей весом до 6 кг		
22-01-16	Подгузники для детей весом до 9 кг		
22-01-17	Подгузники для детей весом до 20 кг		
22-01-18	Подгузники для детей весом свыше 20 кг и до 30 кг включительно		
22-01-19	Прокладки урологические для мужчин с полным влагопоглощением не менее 450 г	Стойкие выраженные нарушения мочевыделительной функции вследствие заболеваний, последствий травм, пороков развития центральной,	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на материал, из которого изготовлены изделия

	22-01-20	Прокладки урологические для мужчин с полным влагопоглощением не менее 700 г	периферической нервной системы; заболеваний, последствий травм, пороков развития мочеполовой системы; при недержании мочи не менее 600 мл в течение 8 часов	
	22-01-21	Прокладки урологические для женщин с полным влагопоглощением не менее 450 г		
	22-01-22	Прокладки урологические для женщин с полным влагопоглощением не менее 700 г		
(в ред. Приказов Минтруда России от 10.04.2025 N 199н, от 16.01.2026 N 10н)				
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением	23 (23-01 - 23-01-04)		Кресла-стулья с санитарным оснащением подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию	
	23-01	Кресла-стулья с санитарным оснащением	Кресла-стулья с санитарным оснащением подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию, с учетом необходимости проведения санитарно-гигиенических процедур, условий проживания (неблагоустроенное	

			домовладение), а также характеристику семьи и ближайшего окружения (одинокий). Кресло-стул с санитарным оснащением подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении кресел-стульев с санитарным оснащением с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня	
	23-01-01	Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы,	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя
	23-01-02	Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)		

			пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы	
	23-01-03	Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя
	23-01-04	Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и

			ДЦП; прогрессирующих мышечных дистрофий; спинальных мышечных атрофий, в том числе спинальной мышечной атрофии Верднига-Гоффмана; аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга; гидроцефалии	ситуации в целом; последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя
23(1). Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа	23(1) (23(1)-01-01 - 23(1)-01-02)		Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации в следующих возможных ограничениях жизнедеятельности: в способности к ориентации, общению, обучению, трудовой деятельности	
	23(1)-01	Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов	Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, подбираются индивидуально в ходе проведения экспертно-реабилитационной диагностики исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации в следующих возможных ограничениях жизнедеятельности: в способности к ориентации, общению, обучению, трудовой деятельности. При назначении брайлевского дисплея принимается во внимание молодой и средний возраст, дети-инвалиды старше 6 лет, высокая реабилитационная направленность (мотивация) к обучению и к трудовой деятельности с целью достижения максимально	

			возможной самостоятельности и самореализации, а также учитывается осознанное использование полученной информации и сформированные (формирующиеся) навыки владения шрифтом Брайля (код вида 23(1)-01-01). Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа подбираются с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении брайлевского дисплея, программного обеспечения экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с учетом индивидуального подбора применяются технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации в соответствии с разделом II настоящего Перечня. При отсутствии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля назначается программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с комбинированным нарушением сенсорных функций (зрения и слуха), а также для инвалидов и детей-инвалидов с нарушением сенсорных функций (зрения), так как данное программное обеспечение может быть использовано для озвучивания визуальной информации	
	23(1)-01-01	Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов	Комбинированное нарушение сенсорных функций (зрения и слуха) у инвалидов, в том числе детей-инвалидов: полная (тотальная) или практическая слепоглухота; стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в сочетании с умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха); стойкие выраженные нарушения	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения), возраст менее 6 лет у детей-инвалидов с нарушением сенсорных функций (зрения)

			сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05 - 0,1) в сочетании с глухотой. Нарушение сенсорных функций (зрения) у инвалидов и детей-инвалидов: стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза) с учетом возможности осознанного использования, при условии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля	
	23(1)-01-02	Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов	Комбинированное нарушение сенсорных функций (зрения и слуха) у инвалидов, в том числе детей-инвалидов: полная (тотальная) или практическая слепоглухота; стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) в сочетании с умеренными нарушениями сенсорных	

			функций (слуха). Нарушение сенсорных функций (зрения) у инвалидов и детей-инвалидов: стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза)
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)			
23(2). Вспомогательные электронные средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом	23(2) (23(2)-01-01)		Вспомогательные электронные средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида, ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации в следующих возможных ограничениях жизнедеятельности: в способности к ориентации, общению, обучению, трудовой деятельности, с учетом навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом, положительной трудовой направленности, для преодоления барьеров в выполнении трудовой деятельности, получении общего и профессионального образования, профессионального обучения, для участия в общественной, творческой деятельности, в преодолении

			значимых расстояний в течение дня, в процессе осуществления досуговой деятельности, с учетом осознанного использования полученной информации. Вспомогательное электронное средство ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений сенсорных функций (зрения) или комбинированных нарушений сенсорных функций (зрения и слуха) с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности	
	23(2)-01-01	Вспомогательное электронное средство ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом для инвалидов и детей-инвалидов	Нарушение сенсорных функций (зрения) у инвалидов и детей-инвалидов: стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0 - 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза); стойкие выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05 - 0,1 и (или) концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза от 19° до 10°	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения), возраст менее 10 лет

			включительно; центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза менее 10°, но более 5°; комбинированное нарушение сенсорных функций (зрения и слуха) у инвалидов и детей-инвалидов: стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II, III, IV степени при возможности компенсации нарушений слуха	
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				

**II. Технические решения, в том числе специальные,
конструктивные особенности и параметры технических средств
реабилитации, используемые в целях устранения или возможно
более полной компенсации стойких ограничений
жизнедеятельности инвалидов**

Конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации		Допустимые значения технических решений, конструктивных особенностей и параметров технического средства реабилитации		Особенности применения
Код	Параметры	Код	Параметры	
Для позиции 6-01 "Трость опорная" раздела I настоящего Перечня				
1	Масса изделия, кг	1.1	До 1,5	Применяется для позиций с 6-01-01 по 6-01-24
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25 - 50	Применяется для позиций с 6-01-01 по 6-01-04 , с 6-01-09 по 6-01-12 ; с 6-01-17 по 6-01-20
3	Максимальная допустимая нагрузка, кг	3.1	15	Применяется для позиций 6-01-01 по 6-01-24 . Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя
		3.2	25	
		3.3	35	
		3.4	45	
		3.5	60	
		3.6	80	

		3.7	100	
		3.8	125	
		3.9	150	
		3.10	Более 150	
4	Высота изделия, мм	4.1	В пределах 900	Применяется для позиций с 6-01-01 по 6-01-08. Индивидуальный подбор в зависимости от роста пользователя
		4.2	350 - 1100	Применяется для позиций с 6-01-09 по 6-01-24. Индивидуальный подбор в зависимости от роста пользователя
		4.2.1	350 - 550	
		4.2.2	450 - 650	
		4.2.3	550 - 750	
		4.2.4	650 - 850	
		4.2.5	750 - 950	
		4.2.6	850 - 1100	
Для позиции 6-02 "Трость тактильная" раздела I настоящего Перечня				
1	Масса изделия, кг	1.1	До 0,5	Применяется для позиций с 6-02-01 по 6-02-02
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25 - 50	Применяется для позиций с 6-02-01 по 6-02-02
3	Высота изделия, мм	3.1	1000 - 1500	Применяется для позиций с 6-02-01 по

				6-02-02
Для позиции 6-03 "Трость белая опорная" раздела I настоящего Перечня				
1	Масса изделия, кг	1.1	До 1,5	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25 - 50	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04
3	Максимальная допустимая нагрузка, кг	3.1	15	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04. Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя.
		3.2	25	
		3.3	35	
		3.4	45	
		3.5	60	
		3.6	80	
		3.7	100	
		3.8	125	
		3.9	150	
		3.10	Более 150	
4	Высота изделия, мм	4.1	В пределах 900	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04
Для позиции 6-04 "Костыли" раздела I настоящего Перечня				

1	Масса изделия, кг	1.1	До 3	Применяется для позиций 6-04-05, 6-04-06
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25 - 50	Применяется для позиций с 6-04-01 по 6-04-06
3	Максимальная допустимая нагрузка, кг	3.1	15	Применяется для позиций с 6-04-01 по 06-04-06. Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя.
		3.2	25	
		3.3	35	
		3.4	45	
		3.5	60	
		3.6	80	
		3.7	100	
		3.8	125	
		3.9	150	
		3.10	Более 150	
4	Высота изделия, мм	4.1	В пределах 1200	Применяется для позиций с 6-04-05 по 6-04-06
Для позиции 6-05 "Опора в кровать" раздела I настоящего Перечня				
1	Шаг между ступенями, см	1.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 6-05-01
2	Максимальная нагрузка (не менее, кг)	2.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций 6-05-01, 6-05-02.

				Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя
3	Общая длина изделия, см	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 6-05-01
4	Ширина, см	4.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 6-05-02
Для позиции 6-06 "Опора для ползания для детей-инвалидов" раздела I настоящего Перечня				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиции с 6-06-01 по 6-06-01
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Толщина настила или модуля, мм	3.1	Не менее 25	
4	Регулируемые по длине ремни для фиксации туловища	4.1	Наличие	
5	Ширина ремней для фиксации туловища, мм	5.1	Не менее 30	
6	Параметры измерения для подбора размерного ряда	6.1	Расстояние от стопы до груди	
		6.2	Расстояние от стопы до колена	
		6.3	Расстояние от стопы до промежности	
Для позиции 6-07 "Опора для сидения для детей-инвалидов" раздела I настоящего Перечня				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиции 6-07-01
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Ширина сидения, см	3.1	Индивидуальный подбор	

4	Глубина сидения, см	4.1	Индивидуальный подбор	
5	Высота сидения, см	5.1	Индивидуальный подбор	
6	Высота подножки, см	6.1	Индивидуальный подбор	
7	Абдуктор	7.1	Наличие	
8	Возможность перевода опоры в положение стоя	8.1	Наличие	
		8.2	Отсутствие	
9	Возможность перевода опоры в положение лежа	9.1	Наличие	
		9.2	Отсутствие	
10	Спинка с боковыми упорами для фиксации головы	10.1	Наличие	
		10.2	Отсутствие	
11	Столик	11.1	Съемный	
		11.2	Несъемный	
12	Подлокотники	12.1	Съемные	
		12.2	Несъемные	
13	Регулировка угла наклона спинки	13.1	Наличие	
14	Регулировка угла наклона подножки для стоп	14.1	Наличие	
15	Регулировка угла наклона столика	15.1	Наличие	

16	Толщина настила или модуля, мм	16.1	Не менее 25	
17	Регулируемые по длине ремни для фиксации голеней	17.1	Наличие	
		17.2	Отсутствие	
18	Ширина ремней для фиксации голеней, мм	18.1	Не менее 30	
19	Регулируемые по длине ремни для фиксации грудных отделов пользователя	19.1	Наличие	
		19.2	Отсутствие	
20	Ширина ремней для фиксации грудных отделов пользователя, мм	20.1	Не менее 30	
21	Регулируемые по длине ремни для фиксации тазобедренных отделов пользователя	21.1	Наличие	
		21.2	Отсутствие	
22	Ширина ремней для фиксации тазобедренных отделов пользователя, мм	22.1	Не менее 30	
23	Регулируемые по длине ремни для фиксации стоп	23.1	Наличие	
		23.2	Отсутствие	
24	Ширина ремней для фиксации стоп, мм	24.1	Не менее 30	
25	Параметры измерения для подбора размерного ряда	25.1	Расстояние от стопы до груди	
		25.2	Расстояние от стопы до колена	

		25.3	Расстояние от стопы до промежности	
26	Подголовник	26.1	Наличие	
		26.2	Отсутствие	
27	Упоры для колен	27.1	Наличие	
		27.2	Отсутствие	
Для позиции 6-08 "Опора для лежания для детей-инвалидов" раздела I настоящего Перечня				
1	Рост	1.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 6-08-01
2	Вес пользователя	2.1	Индивидуальный подбор	
3	Ширина сиденья	3.1	Индивидуальный подбор	
4	Толщина настила или модуля, мм	4.1	Не менее 25	
5	Регулируемые по длине ремни для фиксации грудных отделов пользователя	5.1	Наличие	
		5.2	Отсутствие	
6	Ширина ремней для фиксации грудных отделов пользователя, мм	6.1	Не менее 30	
7	Регулируемые по длине ремни для фиксации тазобедренных отделов пользователя	7.1	Наличие	
		7.2	Отсутствие	
8	Ширина ремней для фиксации тазобедренных отделов пользователя, мм	8.1	Не менее 30	

9	Параметры измерения для подбора размерного ряда	9.1	Расстояние от стопы до груди	
		9.2	Расстояние от стопы до колена	
		9.3	Расстояние от стопы до промежности	
Для позиции 6-09 "Опора для стояния" раздела I настоящего Перечня				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиции 6-09-01
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Регулировка угла наклона опоры	3.1	Наличие	
		3.2	Отсутствие	
4	Положение наклона опоры	4.1	Вперед	
		4.2	Назад	
		4.3	Вперед и назад - комбинированный	
5	Дополнительные характеристики опоры	5.1	Регулировка угла наклона	
		5.2	Подголовник	
		5.3	Держатель спинки	
		5.4	Подлокотники	
		5.5	Абдуктор и (или) разделитель для ног	
		5.6	Боковые упоры для груди	
		5.7	Упоры для коленей	

		5.8	Упор для таза	
		5.9	Подножки	
		5.10	Ремень для груди	
		5.11	Ремень для таза	
		5.12	Столик	
6	Спинка	6.1	Наличие	
		6.2	Отсутствие	
7	Спинка с боковыми упорами для фиксации головы	7.1	Наличие	
		7.2	Отсутствие	
8	Возможность перевода опоры в положение стоя	8.1	Наличие	
		8.2	Отсутствие	
9	Столик	9.1	Съемный	
		9.2	Несъемный	
10	Толщина настила или модуля, мм	10.1	Не менее 25	
11	Регулируемые по длине ремни для фиксации голеней	11.1	Наличие	
		11.2	Отсутствие	
12	Ширина ремней для фиксации голеней, мм	12.1	Не менее 30	
13	Регулируемые по длине ремни	13.1	Наличие	

	для фиксации грудных отделов пользователя	13.2	Отсутствие	
14	Ширина ремней для фиксации грудных отделов пользователя, мм	14.1	Не менее 30	
15	Регулируемые по длине ремни для фиксации тазобедренных отделов пользователя	15.1	Наличие	
		15.2	Отсутствие	
16	Ширина ремней для фиксации тазобедренных отделов пользователя, мм	16.1	Не менее 30	
17	Регулируемые по длине ремни для фиксации стоп	17.1	Наличие	
		17.2	Отсутствие	
18	Ширина ремней для фиксации стоп, мм	18.1	Не менее 30	
19	Регулируемые по длине ремни для фиксации ног в области колен	19.1	Наличие	
		19.2	Отсутствие	
20	Функция abduction (изолированное разведение ног)	20.1	Наличие	
		20.2	Отсутствие	
21	Параметры измерения для подбора размерного ряда	21.1	Расстояние от стопы до груди	
		21.2	Расстояние от стопы до колена	
		21.3	Расстояние от стопы до промежности	

		21.4	Длина стопы	
Для позиции 6-10 "Ходунки" раздела I настоящего Перечня				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 6-10-01 по 6-10-06-04
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Длина изделия, см	3.1	Индивидуальный подбор	
4	Ширина изделия, см	4.1	Индивидуальный подбор	
5	Высота изделия, см	5.1	Индивидуальный подбор	
6	Ширина рукоятки, мм	6.1	Не менее 20 и не более 50	
		6.2	Не более 30	
7	Стояночный тормоз	7.1	Наличие	
		7.2	Отсутствие	
8	Регулировка по высоте	8.1	Наличие	
		8.2	Отсутствие	
9	Шаг регулировки по высоте, мм	9.1	Не более 25	
10	Наконечник для предотвращения скольжения	10.1	Наличие	
		10.2	Отсутствие	
11	Диаметр наконечника, мм	11.1	Не менее 35	
		11.2	Не менее 25	

12	Расстояние между поручнями	12.1	Индивидуальный подбор	
13	Сиденье для отдыха	13.1	Наличие	
		13.2	Отсутствие	
14	Рабочий (ручной) тормоз	14.1	Наличие	
		14.2	Отсутствие	
15	Регулировка угла наклона опоры	15.1	Наличие	
		15.2	Отсутствие	
16	Расстояние между подлокотниками	16.1	Индивидуальный подбор	
17	Поддерживающие трусики	17.1	Наличие	
		17.2	Отсутствие	
18	Антиреверсный механизм	18.1	Наличие	
		18.2	Отсутствие	
19	Подлокотники	19.1	Наличие	
		19.2	Отсутствие	
20	Разделитель для ног	20.1	Наличие	
		20.2	Отсутствие	
21	Фиксатор голеностопного сустава	21.1	Наличие	
		21.2	Отсутствие	

22	Фиксатор таза	22.1	Наличие	
		22.2	Отсутствие	
23	Фиксатор грудного отдела	23.1	Наличие	
		23.2	Отсутствие	
24	Фиксатор голени	24.1	Наличие	
		24.2	Отсутствие	
25	Фиксатор прямого хода колес	25.1	Наличие	
		25.2	Отсутствие	
26	Рукоятки с регулировкой по высоте и глубине установки	26.1	Наличие	
		26.2	Отсутствие	
27	Уровень функциональной активности по GMFCS <2>	27.1	3 уровень	Применяется для позиций с 6-10-06 по 6-10-06-04
		27.2	4 уровень	
		27.3	5 уровень	
Для позиции 6-11 "Поручни (перила) для самоподнимания" раздела I настоящего Перечня				
1	Диаметр (для поручней круглого сечения), мм	1.1	Не менее 30	Применяется для позиций 6-11-01, 6-11-02 (поручни для детей)
		1.2	Не более 50	Применяется для позиций 6-11-01, 6-11-02 (поручни для взрослых)
2	Толщина (для поручней	2.1	От 25 до 30	Применяется для позиций 6-11-01, 6-

	прямоугольного сечения), мм			11-02
3	Длина, см	3.1	30, 40, 60, 70, 80, 100	Применяется для позиций 6-11-01, 6-11-02
		3.2	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций 6-11-01, 6-11-02 . Указывается длина поручня - одно или несколько значений: 30, 40, 60, 70, 80, 100 (по предпочтению инвалида)
Для позиции 7 (7-01 - 7-05-01) "Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные" раздела I настоящего Перечня				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-05-01
3	Ширина сиденья, см	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
4	Глубина сиденья, см	4.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
5	Высота подножки, см	5.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
6	Высота подлокотника, см	6.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
7	Вид сиденья	7.1	С регулируемым углом наклона	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06

		7.2	Жесткое	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-01-03, с 7-01-05 по 7-02-04, с 7-02-06 по 7-02-08, с 7-04-01 по 7-04-02-06
8	Вид спинки	8.1	С регулируемым углом наклона	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-02-08, 7-03-01, с 7-03-01-02 по 7-04-02-06
		8.2	Откидная	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-01-04, с 7-01-06 по 7-02-05, 7-02-07, 7-02-08, с 7-04-01 по 7-04-02-06
		8.3	Жесткая	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-01-04, с 7-01-06 по 7-02-05, 7-02-07, 7-02-08, с 7-04-01 по 7-04-02-06
9	Вид подлокотников	9.1	Регулируемые по высоте	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
10	Вид подножки	10.1	Регулирующаяся по высоте	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
		10.2	С регулируемым углом наклона	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-01-05, 7-02-05, 7-02-06, 7-02-08, с 7-04-01 по 7-04-02-06
		10.3	С регулируемой опорой стопы	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02-06
11	Приспособления	11.1	Подголовник	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-02-08, с 7-04-01 по 7-04-02-06
		11.2	Боковые опоры для головы	
		11.3	Боковые опоры для тела	

		11.4	Поясничный валик	
		11.5	Валик или ремень для сохранения зазора между ногами	
		11.6	Держатели для ног	
		11.7	Ремень для пятки	
		11.8	Нагрудный ремень	
		11.9	Поясной ремень	
		11.10	Подголовник	Применяется для позиций с 7-03-01 по 7-03-01-02
		11.11	Боковые опоры для тела	
		11.12	Поясничный валик	
		11.13	Держатели для ног	
		11.14	Нагрудный ремень	
		11.15	Поясной ремень	
12	Электрический способ регулировки угла наклона спинки	12.1	Наличие	Применяется для позиций с 7-04-01 по 7-04-02-06
		12.2	Отсутствие	
13	Электрический способ регулировки угла наклона сиденья	13.1	Наличие	Применяется для позиций с 7-04-01 по 7-04-02-06
		13.2	Отсутствие	
14	Электрический способ	14.1	Наличие	Применяется для позиций с 7-04-01 по

	регулировки угла наклона подножки	14.2	Отсутствие	7-04-02-06
15	Альтернативные виды управления	15.1	Головой	Применяется для позиций 7-04-01, с 7-04-01-04 по 7-04-01-06, 7-04-02, с 7-04-02-04 по 7-04-02-06
		15.2	Подбородком	
		15.3	Пальцем руки	
		15.4	Культей руки	
		15.5	Ногой	
		15.6	Иные альтернативные виды управления (указать какие)	
16	Подлокотник	16.1	Наличие	Применяется для позиций с 7-03-01 по 7-03-01-02
		16.2	Отсутствие	
17	Уровень функциональной активности по GMFCS	17.1	3 уровень	Применяется для позиций 7-01-02, 7-02-02
		17.2	4 уровень	
		17.3	5 уровень	
Для позиции 8-01-01 "Протез пальца косметический, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Концевая фаланга	Применяется для позиции 8-01-01
		1.1.2	Средняя фаланга	
		1.1.3	Основная фаланга	

1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Большой палец	
		1.2.2	Указательный палец	
		1.2.3	Средний палец	
		1.2.4	Безымянный палец	
		1.2.5	Мизинец	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Протез пальца косметический			Применяется для позиции 8-01-01
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Протез концевой фаланги пальца	
		2.1.2	Протез средней и концевой фаланг пальца	
		2.1.3	Протез основной, средней и концевой фаланг пальца	
2.2	Функциональные особенности	2.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта	
2.3	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента), вариант исполнения	2.3.1	Полый	
		2.3.2	Заполненный полимерным	

			материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя	
2.4	Комплектность	2.4.1	Блок из 5 пальцев	
		2.4.2	Блок из 4х пальцев	
		2.4.3	Блок из 3х пальцев	
		2.4.4	Блок из 2х пальцев	
		2.4.5	1 протез пальца	
Для позиции 8-01-01(1) "Протез пальца пассивный, активный (тяговый), в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1.	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Средняя фаланга	Применяется для позиции 8-01-01(1)
		1.1.2	Основная фаланга	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Большой палец	
		1.2.2	Указательный палец	
		1.2.3	Средний палец	
		1.2.4	Безымянный палец	
		1.2.5	Мизинец	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	

		1.3.2	Нефункциональная		
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное		
		1.4.2	Повторное		
2.	Протез пальца активный (механический, тяговый)				
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Протез средней и концевой фаланг пальца	Применяется для позиции 8-01-01(1)	
		2.1.2	Протез основной, средней и концевой фаланг пальца		
2.2	Назначение	2.2.1	Схват и удержание предметов		
2.3	Функциональные особенности	2.3.1	Активная фиксация		
		2.3.2	Пассивная (ступенчатая) фиксация		
2.4	Комплектность	2.4.1	Блок из 5 пальцев		
		2.4.2	Блок из 4х пальцев		
		2.4.3	Блок из 3х пальцев		
		2.4.4	Блок из 2х пальцев		
		2.4.5	1 протез пальца		
Для позиции 8-01-02 "Протез кисти косметический, в том числе при частичном вычленении кисти и недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня					
1.	Функционально-антропометрические данные				

1.1	Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца	Применяется для позиции 8-01-02
		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца	
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца	
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца	
		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца	
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца	
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца	
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца	
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца	
		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца	
		1.1.11	I пястная кость	
		1.1.12	II пястная кость	
		1.1.13	III пястная кость	

		1.1.14	IV пястная кость	
		1.1.15	V пястная кость	
		1.1.16	Лучезапястный сустав	
		1.1.17	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы кисти на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.2.1	Большой палец	
		1.2.2	Указательный палец	
		1.2.3	Средний палец	
		1.2.4	Безымянный палец	
		1.2.5	Мизинец	
		1.2.6	I пястная кость	
		1.2.7	II пястная кость	
		1.2.8	III пястная кость	
		1.2.9	IV пястная кость	
		1.2.10	V пястная кость	
		1.2.11	Кости запястья	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	

1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2.	Приемная гильза (при необходимости)			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-01-02
3.	Кисть косметическая			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Кисть косметическая	Применяется для позиции 8-01-02
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта	
3.3	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.3.1	Косметическая оболочка, заполненная полимерным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя	
3.4	Комплектность	3.4.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
Для позиции 8-01-03 "Протез предплечья косметический, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	Применяется для позиции 8-01-03
		1.1.2	Средняя треть предплечья	

		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
		1.1.4	Вычленение на уровне лучезапястного сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы предплечья на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-01-03
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-01-03
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	

3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть косметическая			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть косметическая	Применяется для позиции 8-01-03
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта	
4.3	Комплектность	4.3.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8-01-03
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
		5.2.3	Лучезапястный узел с функцией	

			сгибания и разгибания	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-01-03
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на плечо	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Иное	
Для позиции 8-01-04 "Протез плеча косметический, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	Применяется для позиции 8-01-04
		1.1.2	Средняя треть плеча	
		1.1.3	Верхняя треть плеча	
		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы плеча на любом уровне	
1.2	Объем ампутации	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	

	(отсутствующий сегмент)	1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-01-04
3	Вкладные элементы			Применяется для позиции 8-01-04
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	

4	Искусственная кисть косметическая			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть косметическая	Применяется для позиций 8-01-04
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта	
4.3	Комплектность	4.3.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8-01-04
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
		5.2.3	Лучезапястный узел с функцией сгибания и разгибания	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8-01-04
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел пассивный с	

			фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
		6.2.3	Шины локтевого шарнира	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-01-04
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		7.2.2	Иное	
		7.2.3	Замок полимерного чехла	
Для позиции 8-02-01 "Протез кисти рабочий, в том числе при частичном вычленении кисти и недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца	Применяется для позиции 8-02-01
		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца	
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца	
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца	

		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца	
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца	
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца	
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца	
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца	
		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца	
		1.1.11	I пястная кость	
		1.1.12	II пястная кость	
		1.1.13	III пястная кость	
		1.1.14	IV пястная кость	
		1.1.15	V пястная кость	
		1.1.16	Лучезапястный сустав	
		1.1.17	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи кисти на любом уровне	
1.2	Объем ампутации	1.2.1	Большой	

	(отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.2.2	Указательный	
		1.2.3	Средний	
		1.2.4	Безымянный	
		1.2.5	Мизинец	
		1.2.6	I пястная кость	
		1.2.7	II пястная кость	
		1.2.8	III пястная кость	
		1.2.9	IV пястная кость	
		1.2.10	V пястная кость	
		1.2.11	Кости запястья	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-02-01
3	Приемник для насадок			
3.1	Наименование разновидности	3.1.1	Приемник для насадок	Применяется для позиции 8-02-01

	модуля (узла, элемента)			
4	Насадка рабочая			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Насадка рабочая пассивная	Применяется для позиции 8-02-01
		4.1.2	Насадка рабочая активная	
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
		4.2.2	Выполнение трудовых операций	
		4.2.3	Осуществление самообслуживания в быту	
		4.2.4	Для занятий физкультурой и спортом	
4.3	Комплектность (детализация предназначения модуля)	4.3.1	Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи (индивидуальный подбор)	
5	Крепление			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-02-01
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		5.2.2	Манжета на предплечье	
		5.2.3	Иное	

Для позиции 8-02-02 "Протез предплечья рабочий, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	Применяется для позиции 8-02-02
		1.1.2	Средняя треть предплечья	
		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
		1.1.4	Вычленение на уровне лучезапястного сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы предплечья на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-02-02

3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-02-02
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4.	Приемник для насадок			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Приемник для насадок	Применяется для позиции 8-02-02
5	Насадка рабочая			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Насадка рабочая пассивная	Применяется для позиции 8-02-02
		5.1.2	Насадка рабочая активная	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
		5.2.2	Выполнение трудовых операций	

		5.2.3	Осуществление самообслуживания в быту	
		5.2.4	Для занятий физкультурой и спортом	
5.3	Комплектность (детализация предназначения модуля)	5.3.1	Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи (индивидуальный подбор)	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-02-02
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на плечо	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Иное	
Для позиции 8-02-03 "Протез плеча рабочий, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	Применяется для позиции 8-02-03
		1.1.2	Средняя треть плеча	
		1.1.3	Верхняя треть плеча	

		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы плеча на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-02-03
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-02-03
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	

	модуля (узла, элемента)	3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4.	Приемник для насадок			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Приемник для насадок	Применяется для позиции 8-02-03
5	Насадка рабочая			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Насадка рабочая пассивная	Применяется для позиции 8-02-03
		5.1.2	Насадка рабочая активная	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
		5.2.2	Выполнение трудовых операций	
		5.2.3	Осуществление самообслуживания в быту	
		5.2.4	Для занятий физкультурой и спортом	
5.3	Комплектность (детализация предназначения модуля)	5.3.1	Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи (индивидуальный подбор)	

6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8-02-03
		6.1.2	Без локтевого узла	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
		6.2.3	Шины локтевого шарнира	
		6.2.4	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-02-03
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		7.2.2	Замок полимерного чехла	
		7.2.3	Иное	
Для позиции 8-03-01 "Протез кисти активный (тяговый), в том числе при частичном вычленении кисти и недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			

1.1	Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца	Применяется для позиции 8-03-01
		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца	
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца	
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца	
		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца	
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца	
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца	
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца	
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца	
		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца	
		1.1.11	I пястная кость	
		1.1.12	II пястная кость	
		1.1.13	III пястная кость	

		1.1.14	IV пястная кость	
		1.1.15	V пястная кость	
		1.1.16	Лучезапястный сустав	
		1.1.17	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы кисти на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.2.1	Большой	
		1.2.2	Указательный	
		1.2.3	Средний	
		1.2.4	Безымянный	
		1.2.5	Мизинец	
		1.2.6	I пястная кость	
		1.2.7	II пястная кость	
		1.2.8	III пястная кость	
		1.2.9	IV пястная кость	
		1.2.10	V пястная кость	
		1.2.11	Кости запястья	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	

1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза (при необходимости)			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-03-01
3	Искусственная кисть активная			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Искусственная кисть активная	Применяется для позиции 8-03-01
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
3.3	Комплектность	3.3.1	Искусственная кисть активная и косметическая оболочка	
		3.3.2	Искусственная кисть активная без косметической оболочки	
		3.3.3	Комплект 2-х пальцев	
		3.3.4	Комплект 3-х пальцев	
		3.3.5	Комплект 4-х пальцев	
		3.3.6	Комплект 5 пальцев	
		3.3.7	Большой палец	
4	Крепление			

4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-03-01
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		4.2.2	Манжета на предплечье	
		4.2.3	Иное	
Для позиции 8-03-02 "Протез предплечья активный (тяговый), в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	Применяется для позиции 8-03-02
		1.1.2	Средняя треть предплечья	
		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
		1.1.4	Вычленение на уровне лучезапястного сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы предплечья на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	

		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-03-02
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-03-02
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть активная			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть активная	Применяется для позиции 8-03-02

4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает хват и удержание предметов	
4.3	Комплектность	4.3.1	Искусственная кисть активная и косметическая оболочка	
		4.3.2	Искусственная кисть активная	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8-03-02
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-03-02
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на плечо	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Иное	
Для позиции 8-03-03 "Протез плеча активный (тяговый), в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			

1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	Применяется для позиции 8-03-03
		1.1.2	Средняя треть плеча	
		1.1.3	Верхняя треть плеча	
		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы плеча на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-03-03
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-03-03

	модуля (узла, элемента)	3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть активная			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть активная	Применяется для позиции 8-03-03
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
4.3	Комплектность	4.3.1	Искусственная кисть активная и косметическая оболочка	
		4.3.2	Искусственная кисть активная без косметической оболочки	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8-03-03
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с ротацией	

		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8-03-03
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.3	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
		6.2.4	Шины локтевого шарнира	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-03-03
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		7.2.2	Замок полимерного чехла	
		7.2.3	Иное	
Для позиции 8-05-02 "Протез после вычленения плеча функционально-косметический, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				

1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Верхняя треть плеча	Применяется для позиции 8-05-02
		1.1.2	Вычленение на уровне плечевого сустава	
		1.1.3	Межлопаточно-грудинная ампутация	
		1.1.4	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы верхней трети плеча или ее полное отсутствие	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо	
		1.2.3	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо, плечевой сустав, ключица, лопатка	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза (наплечник)	Применяется для позиции 8-05-02

3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-05-02
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть	Применяется для позиции 8-05-02
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Искусственная кисть косметическая	
		4.2.2	Искусственная кисть шарнирная пассивная	
4.3	Комплектность	4.3.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
		4.3.2	Искусственная кисть с косметической оболочкой	
5	Лучезапястный узел			

5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8-05-02
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8-05-02
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.3	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
7	Плечевой узел			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Плечевой узел	Применяется для позиции 8-05-02
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Плечевой узел пассивный бесшарнирный	
		7.2.2	Плечевой узел пассивный шарнирный	

8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-05-02
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы - наплечника)	
		8.2.2	Иное	
Для позиции 8-07-01 "Протез стопы, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Передний отдел стопы	Применяется для позиции 8-07-01
		1.1.2	Средний отдел стопы	
		1.1.3	Продольная ампутация стопы	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пользователя, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	

		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза на культю стопы	Применяется для позиции 8-07-01
		2.1.2	Без приемной гильзы	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.3	Скелетированная	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-01
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			

4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-01
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа в виде составного элемента при ампутации на уровне переднего отдела стопы	
		4.2.2	Стопа в виде составного элемента при ампутации на уровне среднего отдела стопы	
		4.2.3	Стопа в виде составного элемента при продольной ампутации стопы	
		4.2.4	Стопа из композиционных материалов	
		4.2.5	Стопа бесшарнирная	
		4.2.6	Стопа из силикона анатомической формы	
5	Крепление			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-01
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Анатомическое крепление	
Для позиции 8-07-04 "Протез голени для купания, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	По Пирогову и (или) по Сайму	Применяется для позиции 8-07-04
		1.1.2	Вычленение в голеностопном суставе	

		1.1.3	Нижняя треть голени	
		1.1.4	Средняя треть голени	
		1.1.5	Верхняя треть голени	
		1.1.6	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культы голени	
1.2	Состояние культы	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пользователя, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-07-04
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	

		2.2.3	Скелетированная	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-04
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1.	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа протеза для купания	Применяется для позиции 8-07-04
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа из композиционных материалов	
4.3	Функциональные особенности	4.3.1	Влагозащищенная	
		4.3.2	Противоскользящее покрытие	

5	Крепление				
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-04	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Без полимерного чехла		
		5.2.2	С полимерным чехлом		
5.3	Дополнительный элемент крепления	5.3.1	Полимерный бандаж-наколенник		
		5.3.2	Без дополнительных элементов крепления		
		5.3.3	Вакуумное крепление		
		5.3.4	Иное		
5.4	Функциональные особенности	5.4.1	Влагозащищенное		
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)					
6	Отделочные косметические элементы				
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8-07-04	
		6.1.2	Без косметической облицовки		
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Влагостойкая		
		6.2.2	Разъемная		
7	Дополнительное функциональное устройство	7.1.1	Устройство переключения щиколотки для занятия плаванием		

Для позиции 8-07-05 "Протез бедра для купания, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	Применяется для позиции 8-07-05
		1.1.2	Нижняя треть бедра	
		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Верхняя треть бедра	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культы бедра	
1.2	Состояние культы	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-07-05

2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.3	Скелетированная	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-05
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа протеза для купания	Применяется для позиции 8-07-05
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа из композиционных	

			материалов	
4.3	Функциональные особенности	4.3.1	Влагозащищенная	
		4.3.2	Противоскользящее покрытие	
5	Коленный модуль протеза для купания			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	Применяется для позиции 8-07-05
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с механическим управлением	
		5.2.2	Коленный модуль с гидравлическим управлением	
5.3	Функциональные особенности	5.3.1	Влагозащищенный	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-05
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Без полимерного чехла	
		6.2.2	С полимерным чехлом	
6.3	Дополнительный элемент крепления	6.3.1	Бандаж	
		6.3.2	Без дополнительных элементов крепления	
		6.3.3	Вакуумное крепление	

		6.3.4	Иное	
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
7	Отделочные косметические элементы			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8-07-05
		7.1.2	Без косметической облицовки	
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Влагостойкая	
		7.2.2	Разъемная	
8	Дополнительные функциональные устройства			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Поворотное устройство	Применяется для позиции 8-07-05
8.2	Функциональные особенности	8.2.1	Влагозащищенное	
Для позиции 8-07-06 "Протез голени немодульный, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	По Пирогову и (или) по Сайму	Применяется для позиции 8-07-06
		1.1.2	Вычленение в голеностопном суставе	
		1.1.3	Нижняя треть голени	
		1.1.4	Средняя треть голени	
		1.1.5	Верхняя треть голени	
		1.1.6	Врожденное недоразвитие нижней	

			конечности по типу культи голени	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3	1 - 2	
1.4	Вес пациента, кг	1.4	Вес пациента, кг	
1.5	Протезирование	1.5	Протезирование	
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
2	Конструктивные особенности немодульного протеза голени			
2.1	Вид немодульного протеза голени	2.1.1	Протез шинно-кожаный	Применяется для позиции 8-07-06
		2.1.2	Протез цельнодеревянный	
		2.1.3	Протез эндоскелетной конструкции с жесткими приемными гильзами	
3	Приемная гильза			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-07-06
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Жесткая деревянная	
		3.2.2	Жесткая из слоистого пластика	
		3.2.3	Кожаная	
4	Вкладные элементы			

4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-06
		4.1.2	Без вкладной гильзы	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		4.2.2	Вкладная гильза кожаная	
5	Стопа			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-06
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Стопа бесшарнирная	
		5.2.2	Стопа шарнирная	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-06
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Манжета с шинами на бедро	
		6.2.2	Кожаное крепление	
		6.2.3	Манжета с шинами на бедро и кожаное крепление	
		6.2.4	Иное	
7	Отделочные косметические элементы (для протезов эндоскелетной конструкции)			
7.1	Наименование разновидности	7.1.1	Мягкая облицовка	Применяется для позиции 8-07-06

	модуля (узла, элемента)			
Для позиции 8-07-07 "Протез бедра немодульный, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	Применяется для позиции 8-07-07
		1.1.2	Верхняя треть бедра	
		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Нижняя треть бедра	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедра	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Конструктивные особенности немодульного протеза бедра			
2.1	Вид немодульного протеза бедра	2.1.1	Протез цельно-деревянный	Применяется для позиции 8-07-07
		2.1.2	Протез эндоскелетной конструкции с жесткими приемными гильзами	

3	Приемная гильза			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-07-07
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Жесткая металлическая	
		3.2.2	Жесткая из слоистого пластика	
		3.2.3	Жесткая деревянная	
		3.2.4	Кожаная	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-07
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
5	Коленный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Комплект полуфабрикатов протеза бедра	Применяется для позиции 8-07-07
		5.1.2	Узел колено-голень деревянный	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-07
6.2	Конструктивные особенности	6.2.1	Кожаное крепление	

	модуля (узла, элемента)	6.2.2	Бандаж	
		6.2.3	Иное	
7	Отделочные косметические элементы (для протезов эндоскелетной конструкции)			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Мягкая облицовка	Применяется для позиции 8-07-07
Для позиции 8-07-08 "Протез при вычленении бедра немодульный, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в тазобедренном суставе	Применяется для позиции 8-07-08
		1.1.2	Межподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)	
		1.1.3	Культи бедра менее 6 см	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			

2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Полукорсет	Применяется для позиции 8-07-08
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из вспененного полимера	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-08
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
5	Коленно-тазобедренный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Комплект полуфабрикатов для протеза при вычленении бедра	Применяется для позиции 8-07-08
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-08
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Полукорсет	
		6.2.2	Иное	

7	Отделочные косметические элементы			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Мягкая облицовка	Применяется для позиции 8-07-08
Для позиции 8-07-09 "Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	По Пирогову и (или) по Сайму	Применяется для позиции 8-07-09
		1.1.2	Вычленение в голеностопном суставе	
		1.1.3	Нижняя треть голени	
		1.1.4	Средняя треть голени	
		1.1.5	Верхняя треть голени	
		1.1.6	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культы голени	
1.2	Состояние культы	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	

		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-07-09
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.3	Скелетированная	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-09
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
		3.1.3	Полимерный чехол	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			

4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-09
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов	
5	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Торсионное устройство	Применяется для позиции 8-07-09
		5.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		5.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		5.1.4	Гидравлическая щиколотка	
		5.1.5	Модуль вакуумного насоса	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-09
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Без полимерного чехла	
		6.2.2	С полимерным чехлом	
6.3	Дополнительный элемент крепления	6.3.1	Бандаж-наколенник	
		6.3.2	Манжета с шинами на бедро	

		6.3.3	Без дополнительных элементов крепления	
		6.3.4	Иное	
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
7.	Отделочные косметические элементы			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8-07-09
		7.1.2	Мягкая облицовка	
		7.1.3	Без косметической облицовки	
Для позиции 8-07-10 "Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	Применяется для позиции 8-07-10
		1.1.2	Нижняя треть бедра	
		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Верхняя треть бедра	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культы бедра	
1.2	Состояние культы	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	

		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8-07-10
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.3	Скелетированная	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8-07-10
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	

	модуля (узла, элемента)	3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8-07-10
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов	
5	Коленный модуль			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	Применяется для позиции 8-07-10
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с механическим управлением	
		5.2.2	Коленный модуль с пневматическим управлением	
		5.2.3	Коленный модуль с гидравлическим управлением	
6	Дополнительное функциональное устройство			
6.1	Наименование разновидности	6.1.1	Торсионное устройство	Применяется для позиции 8-07-10

	модуля (узла, элемента)	6.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		6.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		6.1.4	Поворотное устройство	
		6.1.5	Гидравлическая щиколотка	
		6.1.6	Модуль вакуумного насоса	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-10
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Без полимерного чехла	
		7.2.2	С полимерным чехлом	
7.3	Дополнительный элемент крепления	7.3.1	Бандаж	
		7.3.2	Без дополнительных элементов крепления	
		7.3.3	Иное	
8	Отделочные косметические элементы			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8-07-10
		8.1.2	Мягкая облицовка	
		8.1.3	Без косметической облицовки	

Для позиции 8-07-11 "Протез при вычленении бедра модульный, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в тазобедренном суставе	Применяется для позиции 8-07-11
		1.1.2	Межподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)	
		1.1.3	Культи бедра менее 6 см	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза-полукорсет	Применяется для позиции 8-07-11
2.2	Конструктивные особенности	2.2.1	Жесткая	

	модуля (узла, элемента)	2.2.2	Скелетированная	
		2.2.3	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			Применяется для позиции 8-07-11
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			Применяется для позиции 8-07-11
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов	

5	Коленный модуль			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	Применяется для позиции 8-07-11
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с механическим управлением	
		5.2.2	Коленный модуль с пневматическим управлением	
		5.2.3	Коленный модуль с гидравлическим управлением	
6	Тазобедренный модуль			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Тазобедренный модуль	Применяется для позиции 8-07-11
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Тазобедренный модуль с механическим управлением	
		6.2.2	Тазобедренный модуль с гидравлическим управлением	
7	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Торсионное устройство	Применяется для позиции 8-07-11
		7.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		7.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		7.1.4	Поворотное устройство	

		7.1.5	Гидравлическая щиколотка	
8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8-07-11
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Полукорсет	
		8.2.2	Стабилизаторы гребней подвздошных костей на баклях	
		8.2.3	Иное	
9	Отделочные косметические элементы			
9.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	9.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8-07-11
		9.1.2	Мягкая облицовка	
		9.1.3	Без косметической облицовки	
Для позиций с 8-09-12 "Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфотического оттока, в том числе после ампутации молочной железы" по 8-09-16-02 "Бандаж грыжевой скротальный", 8-09-19 "Бандаж на коленный сустав (наколенник)", 8-09-20 "Бандаж компрессионный на нижнюю конечность" раздела I настоящего Перечня				
1	Тип бандажа	1.1	Взрослый	Применяется для позиций с 8-09-12 по 8-09-16-02 , 8-09-19 , 8-09-20
		1.2	Детский	
2	Пол пользователя	2.1	Мужской	Применяется для позиций с 8-09-12 по 8-09-16-02 , 8-09-19 , 8-09-20
		2.2	Женский	
3	Возраст пользователя	3.1	Год рождения	Применяется для позиций с 8-09-12 по

				8-09-16-02, 8-09-19, 8-09-20
4	Параметры измерения для подбора размерного ряда, см	4.1	Окружность плеча, предплечья, запястья	Применяется для позиции 8-09-12
		4.2	Окружность талии, окружность бедер	Применяется для позиций с 8-09-13 по 8-09-16-02
		4.3	Окружность грудной клетки	Применяется для позиции 8-09-14
		4.4	Окружность середины коленного сустава, окружность бедра выше коленного сустава на 10 см, окружность голени ниже коленного сустава на 10 см	Применяется для позиции 8-09-19
		4.5	Окружность щиколотки в самом узком месте, окружность голени в самом широком месте, окружность бедра ниже паха на 5 см	Применяется для позиции 8-09-20
5	Необходимость индивидуального изготовления	5.1	Отсутствие	Применяется для позиций с 8-09-12 по 8-09-16-02, 8-09-19, 8-09-20
		5.2	Наличие	
6	Вариант изготовления	6.1	С перчаткой	Применяется для позиции 8-09-12
		6.2	Без перчатки	
		6.3	Бандаж-грация-трусы	Применяется для позиции 8-09-13
		6.4	Бандаж-трусы	
		6.5	Бандаж-пantalоны	

		6.6	Чулки	Применяется для позиции 8-09-20
		6.7	Гольфы	
		6.8	Колготы	
7	Вид конструкции бандажей	7.1	Односторонний	Применяется для позиций с 8-09-16 по 8-09-16-02
		7.2	Двусторонний	
8	Класс компрессии	8.1	1	Применяется для позиций 8-09-12, 8-09-20
		8.2	2	
		8.3	3	
		8.4	4	
Для позиций 8-09-17 "Головодержатель полужесткой фиксации", 8-09-18 "Головодержатель жесткой фиксации", с 8-09-21 "Бюстгальтер (лиф-крепление) и (или) грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы" по 8-09-26 "Реклинатор-корректор осанки" раздела I настоящего Перечня				
1	Пол пользователя	1.1	Мужской	Применяется для позиций 8-09-17, 8-09-18, с 8-09-21 по 8-09-26
		1.2	Женский	
2	Возраст пользователя	2.1	Год рождения	
3	Параметры измерения для подбора размерного ряда, см	3.1	Подгрудный обхват	Применяется для позиции 8-09-21 (указываются оба параметра одновременно)
		3.2	Полнота (обхват груди по выступающим точкам)	
		3.3	Обхват груди	Применяется для позиций с 8-09-22 по

		3.4	Обхват талии	8-09-26 (сочетание параметров измерения определяется в зависимости от уровня поражения)
		3.5	Обхват бедер с учетом выступа живота	
4	Вид формы гильзы-головодержателя	4.1	С захватом затылочной области головы	Применяется для позиции 8-09-18
		4.2	Без захвата затылочной области головы	
		4.3	С разгрузкой на плечевую область туловища	
		4.4	Разгрузкой на переднюю верхнегрудную область	
		4.5	С разгрузкой на заднюю верхнегрудную область	
		4.6	Со смягчением внутренней поверхности гильзы	
		4.7	Без смягчения части внутренней поверхности гильзы	
5	Расположение основания	5.1	На уровне верхнегрудного отдела позвоночника	Применяется для позиции 8-09-25
		5.2	Уровне среднегрудного и верхнегрудного отделов позвоночника	
		5.3	Уровне нижнегрудного,	

			среднегрудного, верхнегрудного отделов позвоночника	
Для позиций с 8-09-27 "Аппарат на кисть" по 8-09-36 "Аппарат на всю руку" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Рост пользователя	1.1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 8-09-27 по 8-09-36
1.2	Вес пользователя	1.2.1	Указание параметра пациента	
1.3	Функциональные дефекты	1.3.1	Нарушение нервно-мышечных функций	
		1.3.2	Нарушение соосности осей суставов относительно их проекции на плоскости при стоянии и ходьбе	
		1.3.3	Нарушение амплитуды движений в суставах	
		1.3.4	Изменение степеней свободы в суставах	
1.4	Уровень поражения	1.4.1	Кисть (с фалангами пальцев)	Применяется для позиций с 8-09-27 по 8-09-36. Возможно сочетание допустимых значений
		1.4.2	Лучезапястный сустав	
		1.4.3	Локтевой сустав	
		1.4.4	Плечевой сустав	
		1.4.5	Комбинированные аппараты	
2	Приемная гильза			

2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиций с 8-09-27 по 8-09-36
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Из листового термопласта	
		2.2.2	Комбинированная	
		2.2.3	Из композитных материалов	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладные элементы	Применяется для позиций с 8-09-27 по 8-09-36
		3.1.2	Без вкладных элементов	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладные элементы из силикона	
		3.2.2	Вкладные элементы из вспененных полимеров	
		3.2.3	Иное	
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
4	Шарниры пальцев			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	С шарнирами пальцев	Применяется для позиций 8-09-27, 8-09-28, 8-09-31, 8-09-36
		4.1.2	Без шарниров пальцев	
4.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	С возможностью регулировки	
		4.2.2	Без регулировки	

5	Лучезапястный шарнир			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	С лучезапястным шарниром	Применяется для позиций 8-09-28, 8-09-29, 8-09-31, 8-09-32, 8-09-34, 8-09-36
		5.1.2	Без лучезапястного шарнира	
5.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	С возможностью регулировки	
		5.2.2	Без регулировки	
6	Локтевой шарнир			
6.1	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.1.1	С замком	Применяется для позиций с 8-09-30 по 8-09-34, 8-09-36
		6.1.2	Без замка	
6.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	С возможностью регулировки	
		6.2.2	Без регулировки	
7	Плечевой шарнир			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	С плечевым шарниром	Применяется для позиций с 8-09-33 по 8-09-36
		7.1.2	Без плечевого шарнира	
7.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	С возможностью регулировки	
		7.2.2	Без регулировки	
8	Электронный блок управления	8.1	Наличие	
		8.2	Отсутствие	
9	Дополнительные функции	9.1	Наличие режима тренажера (возможность разновидности	

			амплитуды и (или) степеней свободы движений в суставах)	
Для позиций с 8-09-37 "Аппарат на голеностопный сустав" по 8-09-43 "Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез), 8-09-63 "Аппарат на голеностопный и коленный суставы с микропроцессорным управлением" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Рост пользователя	1.1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-43, 8-09-63
1.2	Вес пользователя	1.2.1	Указание параметра пациента	
1.3	Функциональные дефекты	1.3.1	Нарушение нервно-мышечных функций	
		1.3.2	Нарушение соосности осей суставов относительно их проекции на плоскости при стоянии и ходьбе	
		1.3.3	Нарушение амплитуды движений в суставах	
		1.3.4	Изменение степеней свободы в суставах	
1.4	Уровень поражения	1.4.1	Голеностопный сустав	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-43, 8-09-63. Возможно сочетание допустимых значений
		1.4.2	Коленный сустав	
		1.4.3	Тазобедренный сустав	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-43, 8-09-63

2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Из листового термопласта	
		2.2.2	Комбинированная	
		2.2.3	Из композитных материалов	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладные элементы	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-43, 8-09-63
		3.1.2	Без вкладных элементов	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладные элементы из силикона	
		3.2.2	Вкладные элементы из вспененных элементов	
		3.2.3	Вкладные элементы из мягкого термопласта	
		3.2.4	Иное	
4	Голеностопный шарнир			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	С голеностопным шарниром	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-38, 8-09-42, 8-09-43, 8-09-63
		4.1.2	Без голеностопного шарнира	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-38, 8-09-42, 8-09-43 (применяется для позиций 8-09-37, 8-09-37-01 в случае наличия параметра 4.2.3)
4.2	Функциональные особенности модуля	4.2.1	С возможностью регулировки	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-38, 8-09-42, 8-09-43, 8-09-63
		4.2.2	Без регулировки	

		4.2.3	Динамический	Применяется для позиций 8-09-37, 8-09-37-01
5	Коленный шарнир			
5.1	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.1.1	С замком	Применяется для позиций 8-09-38, с 8-09-39 по 8-09-39-03, с 8-09-41 по 8-09-43, 8-09-63
		5.1.2	Без замка	
5.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	С возможностью регулировки	
		5.2.2	Без регулировки	
6	Тазобедренный шарнир			
6.1	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.1.1	С замком	Применяется для позиций с 8-09-41 по 8-09-43
		6.1.2	Без замка	
		6.1.3	Реципрокный шаговый шарнир	Применяется для позиции 8-09-43
6.2	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	С возможностью регулировки	Применяется для позиций с 8-09-41 по 8-09-43
		6.2.2	Без регулировки	
7	Блок микропроцессорного управления	7.1	В голеностопном шарнире	Применяется для позиции 8-09-63 . Возможно сочетание допустимых значений
		7.2	В коленном шарнире	
		7.3	Исключено. - Приказ Минтруда России от 16.01.2026 N 10н	
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
Для позиций с 8-09-44 "Тутор на лучезапястный сустав" по 8-09-54 "Тутор на всю ногу" раздела I настоящего Перечня				

1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Рост пользователя	1.1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 8-09-44 по 8-09-54
1.2	Вес пользователя	1.2.1	Указание параметра пациента	
1.3	Функциональные дефекты	1.3.1	Нарушение нервно-мышечных функций	
		1.3.2	Нарушение соосности осей суставов относительно их проекции на плоскости при стоянии и ходьбе	Применяется для позиций с 8-09-49 по 8-09-54
		1.3.3	Нарушение амплитуды движений в суставах	Применяется для позиций с 8-09-44 по 8-09-54
		1.3.4	Изменение степеней свободы в суставах	
1.4	Уровень поражения	1.4.1	Кисть (с фалангами пальцев)	Применяется для позиций с 8-09-44 по 8-09-48. Возможно сочетание допустимых значений
		1.4.2	Лучезапястный сустав	
		1.4.3	Локтевой сустав	
		1.4.4	Плечевой сустав	
		1.4.5	Голеностопный сустав	Применяется для позиций с 8-09-49 по 8-09-54. Возможно сочетание допустимых значений
		1.4.6	Коленный сустав	
		1.4.7	Тазобедренный сустав	
2	Приемная гильза			

2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиций с 8-09-44 по 8-09-54	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Из листового термопласта		
		2.2.2	Комбинированная		
		2.2.3	Из композиционных материалов	Применяется для позиций с 8-09-49 по 8-09-54	
3	Вкладные элементы				
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладные элементы	Применяется для позиций с 8-09-44 по 8-09-54	
		3.1.2	Без вкладных элементов		
3.2.	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладные элементы из силикона		
		3.2.2	Вкладные элементы из вспененных полимеров		
		3.2.3	Вкладные элементы из мягкого термопласта		
		3.2.4	Иное		
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)					
Для позиции 8(1)-04-01 "Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при частичном вычленении кисти и недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня					
1	Функционально-антропометрические данные				
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца	Применяется для позиции 8(1)-04-01	

		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца	
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца	
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца	
		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца	
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца	
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца	
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца	
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца	
		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца	
		1.1.11	I пястная кость	
		1.1.12	II пястная кость	
		1.1.13	III пястная кость	
		1.1.14	IV пястная кость	

		1.1.15	V пястная кость	
		1.1.16	Лучезапястный сустав	
		1.1.17	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи кисти на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.2.1	Большой	
		1.2.2	Указательный	
		1.2.3	Средний	
		1.2.4	Безымянный	
		1.2.5	Мизинец	
		1.2.6	I пястная кость	
		1.2.7	II пястная кость	
		1.2.8	III пястная кость	
		1.2.9	IV пястная кость	
		1.2.10	V пястная кость	
		1.2.11	Кости запястья	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	

		1.4.2	Недоминантная	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-01
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-01
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	Применяется для позиции 8(1)-04-01
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
4.3	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.3.1	С 5-ю пальцами	
		4.3.2	С блоком из 2-х пальцев (в то числе с большим пальцем)	

		4.3.3	С блоком из 3-х пальцев	
		4.3.4	С блоком из 4-х пальцев	
4.4	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное отведение, приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное отведение, приведение большого пальца	
4.5.	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.5.1	Виброустойчивость	
4.6	Комплектность	4.6.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением и косметическая оболочка	
		4.6.2	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки	
5	Крепление			Применяется для позиции 8(1)-04-01
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		5.2.2	Манжета на предплечье	
		5.2.3	Иное	
Для позиции 8(1)-04-02 "Протез предплечья с микропроцессорным управлением, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				

1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	Применяется для позиции 8(1)-04-02
		1.1.2	Средняя треть предплечья	
		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
1.2	Объем ампутации, отсутствующий сегмент	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав и часть предплечья	
		1.2.3	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы предплечья на любом уровне	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	
		1.4.2	Недоминантная	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-02
3	Вкладные элементы			

3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-02
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	Применяется для позиции 8(1)-04-02
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Кисть с одним вариантом схвата	
		4.2.2	Кисть с двумя и более вариантами схвата	
		4.2.3	Кисть с 8-ю и более вариантами схвата	
		4.2.4	Кисть с 14-ю и более вариантами схвата	
		4.2.5	Кисть с 23-мя и более вариантами схвата	
4.3	Функциональные особенности системы управления	4.3.1	Интеллектуальная система управления	

4.4	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное отведение, приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное отведение, приведение большого пальца	
4.5	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.5.1	Виброустойчивость	
4.6	Комплектность	4.6.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки	
		4.6.2	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой	
5	Лучезапястный узел			Применяется для позиции 8(1)-04-02
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	
		5.1.2	Без лучезапястного узла	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с активной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.3	Лучезапястный узел многофункциональный	
6	Крепление			Применяется для позиции 8(1)-04-02
6.1	Наименование разновидности	6.1.1	Крепление	

	модуля (узла, элемента)			
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на предплечье	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Иное	
Для позиции 8(1)-04-03 "Протез плеча с микропроцессорным управлением, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	Применяется для позиции 8(1)-04-03
		1.1.2	Средняя треть плеча	
		1.1.3	Верхняя треть плеча	
		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи плеча на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	

		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	
		1.4.2	Недоминантная	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-03
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-04-03
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			

4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	Применяется для позиции 8(1)-04-03
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Кисть с одним вариантом схвата	
		4.2.2	Кисть с двумя и более вариантами схвата	
		4.2.3	Кисть с 8-ю и более вариантами схвата	
		4.2.4	Кисть с 14-ю и более вариантами схвата	
		4.2.5	Кисть с 23-мя и более вариантами схвата	
4.3.	Функциональные особенности системы управления	4.3.1	Интеллектуальная система управления	
4.4.	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное отведение, приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное отведение, приведение большого пальца	
4.5.	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.5.1	Виброустойчивость	
4.6	Комплектность	4.6.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки	
		4.6.2	Искусственная кисть с	

			микропроцессорным управлением с косметической оболочкой	
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8(1)-04-03
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с активной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.3	Лучезапястный узел многофункциональный	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8(1)-04-03
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.3	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	

		6.2.4	Шины локтевого шарнира	
		6.2.5	Локтевой узел активный с микропроцессорным управлением	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8(1)-04-03
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		7.2.2	Замок полимерного чехла	
		7.2.3	Иное	
Для позиции 8(1)-05-01 "Протез после вычленения плеча с микропроцессорным управлением, в том числе с электромеханическим приводом и контактной системой управления, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Верхняя треть плеча	Применяется для позиции 8(1)-05-01
		1.1.2	Вычленение на уровне плечевого сустава	
		1.1.3	Межлопаточно-грудинная ампутация	
		1.1.4	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы верхней трети плеча или ее полное отсутствие	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	

		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо	
		1.2.3	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо, плечевой сустав, ключица, лопатка	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Нефункциональная	
1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	
		1.4.2	Недоминантная	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза (наплечник)	Применяется для позиции 8(1)-05-01
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-05-01
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	

		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	Применяется для позиции 8(1)-05-01
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Кисть с одним вариантом схвата	
		4.2.2	Кисть с двумя и более вариантами схвата	
		4.2.3	Кисть с 8-ю и более вариантами схвата	
		4.2.4	Кисть с 14-ю и более вариантами схвата	
		4.2.5	Кисть с 23-мя и более вариантами схвата	
4.3	Функциональные особенности системы управления	4.3.1	Интеллектуальная система управления	
4.4	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное отведение, приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное отведение, приведение большого пальца	
4.5	Конструктивные особенности	4.5.1	Виброустойчивость	

	модуля (узла, элемента)			
4.6	Комплектность	4.6.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки	
		4.6.2	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	Применяется для позиции 8(1)-05-01
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с активной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.3	Лучезапястный узел многофункциональный	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	Применяется для позиции 8(1)-05-01
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	

		6.2.3	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
		6.2.4	Локтевой узел активный с микропроцессорным управлением	
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
7	Плечевой узел			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Плечевой узел	Применяется для позиции 8(1)-05-01
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Плечевой узел пассивный бесшарнирный	
		7.2.2	Плечевой узел пассивный шарнирный	
		7.2.3	Плечевой узел активный с микропроцессорным управлением	
8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8(1)-05-01
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы - наплечника)	
		8.2.2	Иное	
Для позиции 8(1)-07-12 "Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением, в том числе при недоразвитии конечности"				

раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	Применяется для позиции 8(1)-07-12
		1.1.2	Нижняя треть бедра	
		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Верхняя треть бедра	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культы бедра	
1.2	Состояние культы	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3 - 4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8(1)-07-12

2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.3	Скелетированная	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-07-12
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8(1)-07-12
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	

		4.2.3	Стопа из композиционных материалов	
		4.2.4	Стопа с микропроцессорным управлением	
5	Коленный модуль			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	Применяется для позиции 8(1)-07-12
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с микропроцессорным управлением	
5.3	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	5.3.1	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих простые виды передвижения (наличие контроля фазы переноса)	
		5.3.2	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих простые виды передвижения (наличие контроля фазы опоры или фазы опоры и фазы переноса)	
		5.3.3	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих повышенную функциональность сложных видов передвижения (наличие контроля фазы опоры и фазы переноса, ходьба по лестнице переменным шагом)	
6	Дополнительный компонент (модуль) протеза			

6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Торсионное устройство	Применяется для позиции 8(1)-07-12
		6.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		6.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		6.1.4	Поворотное устройство	
		6.1.5	Гидравлическая щиколотка	
		6.1.6	Модуль вакуумного насоса	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8(1)-07-12
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Без полимерного чехла	
		7.2.2	С полимерным чехлом	
7.3	Дополнительный элемент крепления	7.3.1	Бандаж	
		7.3.2	Без дополнительных элементов крепления	
		7.3.3	Иное	
8	Отделочные косметические элементы			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8(1)-07-12
		8.1.2	Мягкая облицовка	

		8.1.3	Без косметической облицовки	
Для позиции 8(1)-07-13 "Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением, в том числе при недоразвитии конечности" раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в тазобедренном суставе	Применяется для позиции 8(1)-07-13
		1.1.2	Межподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)	
		1.1.3	Культи бедра менее 6 см	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1 - 2	
		1.3.2	2 - 3	
		1.3.3	3	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза - полукорсет	Применяется для позиции 8(1)-07-13

2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Скелетированная	
		2.2.3	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-07-13
		3.1.2	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8(1)-07-13
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов	
5	Коленный модуль			

5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	Применяется для позиции 8(1)-07-13
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с микропроцессорным управлением	
5.3	Функциональные особенности модуля (узла, элемента)	5.3.1	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих простые виды передвижения (наличие контроля фазы переноса)	
		5.3.2	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих простые виды передвижения (наличие контроля фазы опоры или фазы опоры и фазы переноса)	
		5.3.3	Наличие дополнительных функций, обеспечивающих повышенную функциональность сложных видов передвижения (наличие контроля фазы опоры и фазы переноса, ходьба по лестнице переменным шагом)	
6	Тазобедренный модуль			Применяется для позиции 8(1)-07-13
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Тазобедренный модуль	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Тазобедренный модуль с гидравлическим управлением	
		6.2.2	Тазобедренный модуль с механическим управлением	

7	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Торсионное устройство	Применяется для позиции 8(1)-07-13
		7.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		7.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		7.1.4	Поворотное устройство	
		7.1.5	Гидравлическая щиколотка	
8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Крепление	Применяется для позиции 8(1)-07-13
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Полукорсет	
		8.2.2	Иное	
8.3	Дополнительный элемент крепления	8.3.1	Стабилизаторы гребней подвздошных костей на баклях	
9	Отделочные косметические элементы			
9.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	9.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8(1)-07-13
		9.1.2	Мягкая облицовка	
		9.1.3	Без косметической облицовки	
Для позиции 8(1)-07-14 "Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением" раздела I настоящего Перечня				

1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть голени (при двусторонней ампутации)	Применяется для позиции 8(1)-07-14
		1.1.2	Средняя треть голени	
		1.1.3	Верхняя треть голени	
		1.1.3	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культы голени	
1.2	Состояние культы	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	2 - 3	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	Применяется для позиции 8(1)-07-14
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Скелетированная	
		2.2.3	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из	

			композиционного материала	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Система регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	Применяется для позиции 8(1)-07-14
		3.1.2	Полимерный чехол	
		3.1.3	Без вкладной гильзы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	Применяется для позиции 8(1)-07-14
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа с микропроцессорным управлением	
5	Крепление			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Система крепления	Применяется для позиции 8(1)-07-14
5.2	Конструктивные особенности	5.2.1	Без полимерного чехла	

	модуля (узла, элемента)	5.2.2	С полимерным чехлом	
5.3	Дополнительный элемент крепления	5.3.1	Бандаж-наколенник	
		5.3.2	Манжета с шинами на бедро	
		5.3.3	Без дополнительных элементов крепления	
		5.3.4	Иное	
6	Отделочные косметические элементы			
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Жесткая облицовка	Применяется для позиции 8(1)-07-14
		6.1.2	Мягкая облицовка	
		6.1.3	Без косметической облицовки	
7	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Гидравлическая щиколотка	Применяется для позиции 8(1)-07-14
		7.1.2	Модуль вакуумного насоса	
(в ред. Приказа Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
Для позиций с 9-01-01 "Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)" по 9-01-04 "Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)" и с 9-02-01 "Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)" по 9-02-03 "Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)" раздела I настоящего Перечня				
1	Пол пользователя	1.1	Мужской	Применяется для позиций с 9-01-01 по 9-01-04, с 09-02-01 по 9-02-03
		1.2	Женский	

2	Назначение	2.1	При продольном плоскостопии	Применяется для позиций 9-01-01, 9-02-01 . Возможно сочетание нескольких допустимых значений
		2.2	Распластанности переднего отдела стопы	
		2.3	Сочетанной форме плоскостопия	
		2.4	Вальгусной, плоско-вальгусной стопе	
		2.5	Варусной, поло-варусной стопе	
		2.6	Полой стопе	
		2.7	Эквинусной стопе	
		2.8	Пяточной стопе	
		2.9	Косолапости	
		2.10	Деформации и сгибательной контрактуры пальцев стопы	
		2.11	Укорочении нижней конечности	
		2.12	Отвисающей стопе	
		2.13	Паралитической стопе	
		2.14	Диабетической стопе	
		2.15	Лимфостазе	
		2.16	Акромегалии	
		2.17	Разной длине стоп	

		2.18	Кульнях стоп или аномалиях развития по типу культи	Применяется для позиций 9-01-02, 9-02-02 . Возможно сочетание нескольких допустимых значений
		2.19	Для бездвuruких	
		2.20	Неопороспособной конечности	
		2.21	При иной патологии (указать какой)	
		2.22	На протез	
		2.23	При продольном плоскостопии	
		2.24	Распластанности переднего отдела стопы	
		2.25	Сочетанной форме плоскостопия	
		2.26	Вальгусной, плоско-вальгусной стопе	
		2.27	Варусной, поло-варусной стопе	
		2.28	Полой стопе	
		2.29	Эквинусной стопе	
		2.30	Пяточной стопе	
		2.31	Косолапости	
		2.32	Деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы	
		2.33	Отвисающей стопе	

		2.34	Паралитической стопе	
		2.35	Диабетической стопе	
		2.36	Лимфостазе	
		2.37	Акромегалии	
		2.38	Культе стопы или аномалии развития по типу культи	
		2.39	Для бездвруких	
		2.40	Неопороспособную конечность	
		2.41	При иной патологии (указать какой)	
		2.42	На протез	Применяется для позиции 9-01-03
		2.43	При продольном плоскостопии	Применяется для позиций 9-01-04, 9-02-03
		2.44	Распластанности переднего отдела стопы	
		2.45	Сочетанной форме плоскостопия	
		2.46	Вальгусной, плоско-вальгусной стопе	
		2.47	Варусной, поло-варусной стопе	
		2.48	Полой стопе	
		2.49	Эквинусной стопе	
		2.50	Пяточной стопе	

		2.51	Косолапости	
		2.52	Деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы	
		2.53	Укорочении нижней конечности	
		2.54	Отвисающей стопе	
		2.55	Паралитической стопе	
		2.56	Диабетической стопе	
		2.57	Лимфостазе	
		2.58	Акромегалии	
		2.59	Разной длине стоп	
		2.60	Культях стоп или аномалиях развития по типу культи	
		2.61	Для бездвуруких	
		2.62	Неопороспособную конечность	
		2.63	При иной патологии (указать какой)	
		2.64	Стопы с ортопедическим аппаратом (при двустороннем поражении)	
		2.65	Стопа с ортопедическим аппаратом (при одностороннем поражении)	
3	Вид обуви	3.1	Туфли	Применяется для позиций с 9-01-01 по

		3.2	Полуботинки	9-01-04, с 9-02-01 по 9-02-03
		3.3	Ботинки	
		3.4	Полусапоги	
		3.5	Сапоги	
Для позиций 9-01-05 "Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)", 9-01-06 "Вкладной башмачок" и 9-02-04 "Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)" раздела I настоящего Перечня				
1	Пол пользователя	1.1	Мужской	Применяется для позиций 9-01-05, 9-01-06, 9-02-04
		1.2	Женский	
2	Назначение	2.1	На протез, стопу с ортопедическим аппаратом	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04
		2.2	Для восполнения отсутствующего переднего и среднего отделов стопы (односторонний дефект стопы)	Применяется для позиции 9-01-06
		2.3	Для восполнения отсутствующего переднего и среднего отделов стоп (двусторонний дефект)	Применяется для позиции 9-01-06
3	Вид обуви	3.1	Туфли	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04
		3.2	Полуботинки	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04
		3.3	Ботинки	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04

Для позиции 10 (10-01-01 - 10-02-03) "Противопролежневые матрасы и подушки" раздела I настоящего Перечня				
1	Максимальный вес пользователя, кг	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 10-01-01 по 10-01-03, с 10-02-01 по 10-02-03
2	Длина, см	2.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 10-01-01 по 10-01-03. Индивидуальный подбор в зависимости от роста пользователя
3	Ширина, см	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 10-01-01 по 10-01-03
Для позиций 11-01-05 "Захват активный", 11-01-06 "Захват для удержания посуды", 11-01-09 "Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и прочее) раздела I настоящего Перечня				
1	Длина, см	1.1	Не более 90	Применяется для позиции 11-01-05
2	Ширина захвата, мм	2.1	Не более 60	Применяется для позиции 11-01-05
3	Масса изделия, кг	3.1	Не более 0,15	Применяется для позиции 11-01-05
4	Грузоподъемность, кг	4.1	Не более 1	Применяется для позиции 11-01-05
5	Тип крепления приспособления	5.1	Рамка	Применяется для позиции 11-01-06
		5.2	Велкро	
6	Максимальная нагрузка, Н	6.1	Не менее 100	Применяется для позиции 11-01-09
Для позиции 12 (12-01-01 - 12-01-07) "Специальная одежда" раздела I настоящего Перечня				
1	Тип одежды	1.1	Взрослая	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-03, с 12-01-05 по 12-01-07
		1.2	Детская	

2	Пол пользователя	2.1	Мужской	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-03, с 12-01-05 по 12-01-07
		2.2	Женский	
3	Возраст пользователя	3.1	Год рождения	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-03, с 12-01-05 по 12-01-07
4	Доступные размеры	4.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-07
5	Комплектность	5.1	Пальтово-костюмный ассортимент	Применяется для позиции 12-01-01
		5.2	Платьево-блузочный ассортимент	
		5.3	Верхние сорочки	
		5.4	Нательное белье	
6	Особенность изготовления	6.1	Для типовых фигур	Применяется для позиций 12-01-01, 12-01-02
		6.2	Индивидуальное изготовление	
		6.3	При сложной сочетанной патологии, требующей особо сложных методов изготовления	
Для позиции 13-01-01 "Специальные устройства для чтения "говорящих книг" на флеш-картах" раздела I настоящего Перечня				
1	Тип устройства	1.1	Карманное	Применяется для позиции 13-01-01. Индивидуальный подбор в зависимости от способа использования
		1.2	Настольное	
2	Возможность прослушивания	2.1	С помощью встроенной акустической системы и стереонаушников	Применяется для позиции 13-01-01

3	Речевое сопровождение вводимых пользователем команд (за исключением команд навигации, регулировки громкости и регулировки скорости)	3.1	Наличие	
4	Регулировка громкости	4.1	Наличие	
5	Регулировка скорости сопровождения	5.1	Наличие	
6	Wi-Fi в диапазоне от 2400 до 2483,5 МГц	6.1	Наличие	
7	NFC	7.1	Наличие	
8	Bluetooth	8.1	Не ниже 4.1	
9	Поддержка работы с сервисами сетевых электронных библиотек для слепых и слабовидящих через Wi-Fi и мобильный интернет	9.1	Наличие	
Для позиций с 13-01-02 "Электронный ручной видеоувеличитель" по 13-01-04 "Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат" "говорящих книг" раздела I настоящего Перечня				
1	Диагональ экрана, см	1.1	Не менее 9	Применяется для позиции 13-01-02
		1.2	Не менее 50	Применяется для позиции 13-01-03
2	Кратность увеличения, крат	2.1	2 - 10	Применяется для позиции 13-01-02
		2.2	До 170	Применяется для позиции 13-01-03

		2.3	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 13-01-02, 13-01-03, 13-01-04 . Индивидуальный подбор по заключению профильного специалиста в данной области
Для позиции 15 (15-01-01 - 15-01-02) "Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом" раздела I настоящего Перечня				
1	Вывод результата	1.1	Речевой и визуальный	Применяется для позиций 15-01-01, 15-01-02
Для позиции 17 (17-01 - 17-01-16) "Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления" раздела I настоящего Перечня (введено Приказом Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
1	Мощность слухового аппарата номинальная (ВУЗД90), дБ	1.1	104 - 116	Применяется для позиций 17-01-13, 17-01-14 в зависимости от степени снижения слуха
		1.2	115 - 130	Применяется для позиции 17-01-12 в зависимости от степени снижения слуха
		1.3	110 - 126	Применяется для позиций 17-01-04, 17-01-08, 17-01-11 в зависимости от степени снижения слуха
		1.4	125 - 135	Применяется для позиций 17-01-03, 17-01-07, 17-01-11 в зависимости от степени снижения слуха
		1.5	130 - 137	Применяется для позиций 17-01-02, 17-

				01-06, 17-01-11
		1.6	136 и более	Применяется для позиций 17-01-01, 17-01-05
		1.7	125 - 138	Применяется для позиции 17-01-10 в зависимости от степени снижения слуха
		1.8	136 - 146	Применяется для позиции 17-01-09 в зависимости от степени снижения слуха
2	Способ управления	2.1	Триммерный	Применяется для позиций с 17-01-01 по 17-01-10
		2.2	Триммерно-программируемый	Применяется для позиций с 17-01-05 по 17-01-10
		2.3	Программируемый	Применяется для позиций с 17-01-05 по 17-01-15
3	Количество каналов компрессии	3.1	От 2 и до 4	Применяется для позиций с 17-01-05 по 17-01-10 с триммерным и триммерно-программируемым способами управления
		3.2	От 6 до 12	Применяется для позиций с 17-01-05 по 17-01-08, с 17-01-11 по 17-01-15 в обязательном сочетании с программируемым способом управления (позиция 2.3). Определяется конфигурацией аудиометрической кривой, в частности

				наличием перепадов не более 30 дБ на основных октавных частотах
		3.3	Более 12	Применяется для позиций с 17-01-05 по 17-01-08, с 17-01-11 по 17-01-15 в обязательном сочетании с программируемым способом управления (позиция 2.3). Определяется конфигурацией аудиометрической кривой, в частности наличием перепадов не более 30 дБ на основных октавных частотах
4	Технология подавления обратной связи	4.1	Наличие	Применяется для позиций с 17-01-05 по 17-01-15
5	Система шумоподавления	5.1	Наличие	Применяется для позиций с 17-01-05 по 17-01-15
6	Система направленных микрофонов	6.1	Наличие	Применяется для позиций с 17-01-05 по 17-01-08, с 17-01-11 по 17-01-15
		6.2	Отсутствие	
Для позиции 18 (18-01-01) "Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами" раздела I настоящего Перечня				
1	Диагональ экрана, см	1.1	Не менее 80	Применяется для позиций 18-01-01
Для позиции 19-01-01 "Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом" раздела I настоящего Перечня				
1	Голосовое управление	1.1	Наличие	Применяется для позиции 19-01-01
		1.2	Отсутствие	

2	Русский синтезатор речи	2.1	Наличие	Применяется для позиции 19-01-01
		2.2	Отсутствие	
3	Клавиатура с алфавитом на русском языке	3.1	Наличие	Применяется для позиции 19-01-01
		3.2	Отсутствие	
Для позиций с 21-01-01 "Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной" по 21-01-12 "Двухкомпонентный дренируемый уростомный мешок" раздела I настоящего Перечня				
1	Тип изделия	1.1	Однокомпонентный	Применяется для позиций с 21-01-01 по 21-01-06
		1.2	Двухкомпонентный	Применяется для позиций с 21-01-07 по 21-01-12
2	Тип мешка	2.1	Дренируемый	Применяется для позиций 21-01-01, 21-01-02, 21-01-07, 21-01-08
		2.2	Недренируемый	Применяется для позиций 21-01-03, 21-01-04, 21-01-09, 21-01-10
		2.3	Уростомный	Применяется для позиций 21-01-05, 21-01-06, 21-01-11, 21-01-12
3	Форма адгезивной пластины	3.1	Плоская	Применяется для позиций 21-01-01, 21-01-03, 21-01-05, 21-01-07, 21-01-09, 21-01-11
		3.2	Конвексная	Применяется для позиций 21-01-02, 21-01-04, 21-01-06, 21-01-08, 21-01-10, 21-01-12

4	Крепления для пояса для конвексных пластин однокомпонентных кало- и уроприемников	4.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-02, 21-01-04, 21-01-06
5	Крепления для пояса на плоских и конвексных пластинах, на стомных мешках двухкомпонентных кало- и уроприемников	5.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-07, 21-01-08, 21-01-09, 21-01-10, 21-01-11, 21-01-12. Индивидуальный подбор
		5.2	Отсутствие	
6	Встроенный фильтр для недренируемых калоприемников	6.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-03, 21-01-04, 21-01-09, 21-01-10
7	Встроенный фильтр для дренируемых калоприемников	7.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-01, 21-01-02, 21-01-07, 21-01-08. Индивидуальный подбор
		7.2	Отсутствие	
8	Размер (диапазон) вырезаемого отверстия под стому, мм	8.1	От _____ до _____	Применяется для позиций с 21-01-01 по 21-01-12. Индивидуальный подбор
9	Размер (диаметр) фланца пластин и стомных мешков, мм	9.1	От _____ до _____	Применяется для позиций с 21-01-07 по 21-01-12. Индивидуальный подбор
10	Покрытие мешка	10.1	Односторонняя подложка	Применяется для позиций с 21-01-01 по 21-01-12. Индивидуальный подбор
		10.2	Двустороннее покрытие	
		10.3	Без подложки или двустороннего покрытия	
Для позиции 21-01-13 "Пояс для калоприемников и уроприемников" раздела I настоящего Перечня				

1	Регулируемая длина	1.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-13 . Индивидуальный подбор
Для позиции 21-01-14 "Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками" раздела I настоящего Перечня				
1	Размер кольца-фиксатора	1.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 21-01-14
2	Регулируемая длина	2.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-14 . Индивидуальный подбор
		2.2	Отсутствие	Применяется для позиции 21-01-14 . Индивидуальный подбор
3	Крепления для пояса	3.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-14 . Индивидуальный подбор
		3.2	Отсутствие	Применяется для позиции 21-01-14 . Индивидуальный подбор
Для позиций 21-01-15 "Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной", 21-01-16 "Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной" раздела I настоящего Перечня				
1	Объем мочеприемника, мл	1.1	От 350 до 1000	Применяется для позиции 21-01-15
		1.2	От 1000 до 4000	Применяется для позиции 21-01-16
2	Длина дренажной трубки мочеприемника, см	2.1	От 20 до 120	Применяется для позиции 21-01-15
		2.2	От 90 до 150	Применяется для позиции 21-01-16
3	Переходник для соединения с катетером, уропрезервативом	3.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-15, 21-01-16
4	Покрытие мешка	4.1	Односторонняя нетканая подложка (покрытие).	Применяется для позиции 21-01-15 . Индивидуальный подбор по

				заключению профильных специалистов медицинской организации
		4.2	Без подложки и покрытия	Применяется для позиции 21-01-15, 21-01-16 . Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
Для позиции 21-01-17 "Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге" раздела I настоящего Перечня				
1	Регулируемая длина, см	1.1	От 50 до 90	Применяется для позиции 21-01-17
Для позиций 21-01-18 "Уропрезерватив с пластырем", 21-01-19 "Уропрезерватив самоклеящийся" раздела I настоящего Перечня				
1	Тип изделия	1.1	Двухкомпонентное	Применяется для позиции 21-01-18
		1.2	Однокомпонентное	Применяется для позиции 21-01-19
2	Размер (диаметр) уропрезерватива, мм	2.1	От 20 до 41	Применяется для позиций 21-01-18, 21-01-19 . Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
Для позиции 21-01-20 "Катетер для самокатетеризации лубрицированный" раздела I настоящего Перечня				
1	Длина катетера	1.1	Мужские	Применяется для позиций 21-01-20 . Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
		1.2	Женские	
		1.3	Детские	
2	Размер катетера, CH (Fr) <3>	2.1	Индивидуальный подбор по	Применяется для позиции 21-01-20

			заключению профильного медицинского специалиста	
3	Способ лубрикации	3.1	С зафиксированным гидрофильным покрытием	Применяется для позиции 21-01-20
		3.2	С незафиксированным гидрофильным покрытием	
Для позиции 21-01-21 "Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации" раздела I настоящего Перечня				
1	Длина катетера	1.1	Мужские	Применяется для позиций 21-01-21 . Индивидуальный подбор
		1.2	Женские	
		1.3	Детские	
2	Размер катетера, СН (Fr)	2.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций 21-01-21
3	Способ лубрикации катетера	3.1	С зафиксированным гидрофильным покрытием	Применяется для позиций 21-01-21 . Индивидуальный подбор
		3.2	С незафиксированным гидрофильным лубрикантом	Применяется для позиций 21-01-21 . Индивидуальный подбор
Для позиций 21-01-22 "Катетер уретральный длительного пользования", 21-01-23 "Катетер уретральный постоянного пользования" раздела I настоящего Перечня				
1	Длина катетера	1.1	Мужские	Применяется для позиций 21-01-22, 21-01-23 . Индивидуальный подбор
		1.2	Женские	
		1.3	Детские	

2	Размер катетера, СН (Fr)	2.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста	Применяется для позиций 21-01-22, 21-01-23
3	Объем баллона катетера, мл	3.1	От 5 до 30	Применяется для позиций 21-01-22, 21-01-23
		3.2	От _____ до _____	
Для позиции 21-01-24 "Катетер для эпицистостомы" раздела I настоящего Перечня				
1	Вид катетера	1.1	Двухходовой баллонный катетер Фолея	Применяется для позиции 21-01-24 . Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
		1.2	Одноходовой катетер Пеццера	
2	Длина катетера, см	2.1	От 40 до 42	Применяется для позиции 21-01-24
3	Размер катетера, СН (Fr)	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 21-01-24
4	Объем баллона катетера, мл	4.1	От 5 до 15	Применяется для двухходового баллонного катетера
Для позиции 21-01-25 "Система (с катетером) для нефростомии" раздела I настоящего Перечня				
1	Вид катетера	1.1	Катетер баллонный	Применяется для позиции 21-01-25 . Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
		1.2	Катетер J-типа,	
		1.3	Катетер Малеко	
2	Длина катетера, см	2.1	От 35 до 40	Применяется для баллонного катетера
		2.2	От 27 до 32	Применяется для катетеров J-типа
		2.3	От 28 до 36	Применяется для катетеров Малеко

		2.4	От _____ до _____	Применяется для катетеров J-типа
3	Размер катетера, CH (Fr)	3.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста	Применяется для позиции 21-01-25
4	Объем баллона катетера, мл	4.1	От 3 до 5	Применяется для двухходового баллонного катетера
Для позиции 21-01-26 "Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы" раздела I настоящего Перечня				
1	Вид катетера	1.1	Одноходовой	Применяется для позиции 21-01-26
2	Длина катетера, см	2.1	От 45 до 155	Применяется для позиции 21-01-26 . Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
3	Размер катетера, CH (Fr)	3.1	от 5 до 22	Применяется для позиции 21-01-26 . Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
4	Тип наконечника	4.1	Прямой	Применяется для позиции 21-01-26 . Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
		4.2	J-типа	
Для позиции 21-01-27 "Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)" раздела I настоящего Перечня				
1	Размер (диаметр в раскрытом состоянии), мм	1.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-27

Для позиции 21-01-28 "Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому" раздела I настоящего Перечня				
1	Комплектация	1.1	Резервуар для воды, воронка, ирригационный рукав, прижимная пластина, пояс	Применяется для позиции 21-01-28
Для позиций с 21-01-29 "Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г" по 21-01-38 "Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт" раздела I настоящего Перечня				
1	Вес, г	1.1	Не менее 60	Применяется для позиций 21-01-29, 21-01-30
		1.2	Не менее 25	Применяется для позиции 21-01-32
2	Объем, мл	2.1	Не менее 60	Применяется для позиции 21-01-31
		2.2	Не менее 50	Применяется для позиций 21-01-33, 21-01-37
		2.3	Не менее 180	Применяется для позиции 21-01-35
3	Форма	3.1	Жидкость	Применяется для позиций 21-01-33, 21-01-35, 21-01-37
		3.2	Жидкость, нанесенная на салфетки	Применяется для позиций 21-01-34, 21-01-36
		3.3	Порошок в пакетике	Применяется для позиции 21-01-38
		3.4	Пудра, порошок	Применяется для позиции 21-01-32
		3.5	Порошок, гранулы	Применяется для позиции 21-01-39
Для позиции 21-01-39 "Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт" раздела I настоящего Перечня				

1	Форма (размер)	1.1	Полукольцо	Применяется для позиции 21-01-39 . Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
		1.2	Полукольцо с ушками под пояс	
		1.3	Другая форма (указывается)	
Для позиций 21-01-40 "Адгезивная пластина - кожный барьер", 21-01-42 "Тампон для стомы" раздела I настоящего Перечня				
1	Размер (диаметр) стомы, мм	1.1	Индивидуальный подбор. По заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-42
2.	Размер, мм	2.1	Индивидуальный подбор. По заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-40
Для позиции 21-01-41 "Защитные кольца для кожи вокруг стомы" раздела I настоящего Перечня				
1	Толщина, мм	1.1	Индивидуальный подбор. По заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-41
Для позиций с 21-01-43 "Однокомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной" по 21-01-45 "Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый" раздела I настоящего Перечня				
1	Тип изделия	1.1	Однокомпонентный	Применяется для позиций 21-01-43, 21-01-44
		1.2	Двухкомпонентный	Применяется для позиции 21-01-45
2	Тип мешка	2.1	Дренируемый	Применяется для позиций 21-01-43, 21-01-45
		2.2	Уростомный	Применяется для позиции 21-01-44

3	Форма адгезивной пластины	3.1	Плоская	Применяется для позиций с 21-01-43 по 21-01-45
4	Размер (диапазон) отверстия под стому, мм	4.1	Индивидуальный подбор. По заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиций 21-01-43, 21-01-44
5	Размер (диаметр) фланца пластин и стомных мешков, мм	5.1	От _____ до _____	Применяется для позиции 21-01-45
6	Встроенный фильтр для дренируемых калоприемников	6.1	Наличие	Применяется для позиций с 21-01-43, 21-01-45
		6.2	Отсутствие	
7	Покрытие мешка	7.1	Односторонняя подложка	Применяется для позиций с 21-01-43 по 21-01-45
		7.2	Двустороннее покрытие	
		7.3	Без подложки или двустороннего покрытия	
Для позиций с 22-01-01 "Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)" по 22-01-03 "Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)" раздела I настоящего Перечня				
1	Впитываемость, мл	1.1	400 - 500	Применяется для позиции 22-01-01
		1.2	800 - 1200	Применяется для позиции 22-01-02
		1.3	1200 - 1900	Применяется для позиции 22-01-03
2	Длина, см	2.1	40	Применяется для позиции 22-01-01
		2.2	60	Применяется для позиций 22-01-02, 22-01-03

3	Ширина, см	3.1	60	Применяется для позиций 22-01-01, 22-01-02
		3.2	90	Применяется для позиции 22-01-03
Для позиции позиций с 22-01-04 "Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии, бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г" по 22-01-13 "Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии, бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г" раздела I настоящего Перечня				
1	Размер (текст)	1.1	XS	Применяется для позиций 22-01-04, 22-01-05
		1.2	S	Применяется для позиций 22-01-06, 22-01-07
		1.3	M	Применяется для позиций 22-01-08, 22-01-09
		1.4	L	Применяется для позиций 22-01-10, 22-01-11
		1.5	XL	Применяется для позиций 22-01-12, 22-01-13
2	Объем талии, см	2.1	До 60	Применяется для позиций 22-01-04, 22-01-05
		2.2	До 90	Применяется для позиций 22-01-06, 22-01-07
		2.3	До 120	Применяется для позиций 22-01-08, 22-01-09
		2.4	До 150	Применяется для позиций 22-01-10, 22-

				01-11
		2.5	До 175	Применяется для позиций 22-01-12, 22-01-13
3	Влагопоглощение, г	3.1	Не менее 1000	Применяется для позиций 22-01-04, 22-01-06
		3.2	Не менее 1200	Применяется для позиции 22-01-05
		3.3	Не менее 1300	Применяется для позиции 22-01-08
		3.4	Не менее 1400	Применяется для позиции 22-01-07
		3.5	Не менее 1450	Применяется для позиций 22-01-10, 22-01-12
		3.6	Не менее 1800	Применяется для позиции 22-01-09
		3.7	Не менее 2000	Применяется для позиции 22-01-11
		3.8	Не менее 2800	Применяется для позиции 22-01-13
4	Сорбционная способность после центрифугирования, г	4.1	Не менее 120	Применяется для позиций с 22-01-04, 22-01-06
		4.2	Не менее 220	Применяется для позиции 22-01-08
		4.3	Не менее 240	Применяется для позиции 22-01-05
		4.4	Не менее 300	Применяется для позиции 22-01-07
		4.5	Не менее 330	Применяется для позиций 22-01-10, 22-01-12

		4.6	Не менее 440	Применяется для позиции 22-01-09
		4.7	Не менее 500	Применяется для позиции 22-01-11
		4.8	Не менее 560	Применяется для позиции 22-01-12
5	Обратная сорбция, г	5.1	Не более 4,4	Применяется для позиций с 22-01-04 по 22-01-13
6	Скорость впитывания, см/с	6.1	Не менее 2,3	Применяется для позиций с 22-01-04 по 22-01-13
7	Вариативность исполнения	7.1	Раскрой трусов с фиксирующими элементами	Применяется для позиций с 22-01-04 по 22-01-13
		7.2	Трусы	
(введено Приказом Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
Для позиций с 22-01-14 "Подгузники для детей весом до 5 кг" по 22-01-18 "Подгузники для детей весом свыше 20 кг и до 30 кг включительно" раздела I настоящего Перечня				
1	Размер, кг	1.1	До 5	Применяется для позиции 22-01-14
		1.2	До 6	Применяется для позиции 22-01-15
		1.3	До 9	Применяется для позиции 22-01-16
		1.4	До 20	Применяется для позиции 22-01-17
		1.5	От 20 до 30 включительно	Применяется для позиции 22-01-18
2	Обратная сорбция, г	2.1	Не более 0,4	Применяется для позиции 22-01-14
		2.2	Не более 1	Применяется для позиции 22-01-15

		2.3	Не более 6	Применяется для позиции 22-01-16
		2.4	Не более 14	Применяется для позиции 22-01-17
		2.5	Не более 16	Применяется для позиции 22-01-18
3	Время впитывания, с	3.1	Не более 3,0	Применяется для позиций с 22-01-14 по 22-01-18
4	Полное влагопоглощение, г	4.1	Не менее 120	Применяется для позиции 22-01-14
		4.2	Не менее 160	Применяется для позиции 22-01-15
		4.3	Не менее 240	Применяется для позиции 22-01-16
		4.4	Не менее 270	Применяется для позиции 22-01-17
		4.5	Не менее 290	Применяется для позиции 22-01-18
5	Вариативность исполнения	5.1	Раскрой трусов с фиксирующими элементами	Применяется для позиций с 22-01-14 по 22-01-18
		5.2	Трусы	
(введено Приказом Минтруда России от 16.01.2026 N 10н)				
Для позиции 23 (23-01 - 23-01-04) "Кресла-стулья с санитарным оснащением" раздела I настоящего Перечня				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 23-01-01 по 23-01-04
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Ширина сиденья, см	3.1	Индивидуальный подбор	
4	Глубина сиденья, см	4.1	Индивидуальный подбор	

		4.2	Типовая	
5	Высота подлокотника, см	5.1	Индивидуальный подбор	
Для позиции 23(1)-01-01 "Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов" раздела I настоящего Перечня				
1	Количество обновляемых ячеек Брайля, шт.	1.1	Не менее 12	Применяется для позиции 23(1)-01-01
2	Клавиши маршрутизации курсора, шт.	2.1	Не менее 14	
3	Версия Bluetooth	3.1	Не ниже 4.1	
4	Слот для карт памяти, ГБ	4.1	Для карт памяти объемом не менее 256	
5	Поддерживаемые способы ввода, вывода информации	5.1	Рельефно-точечным шрифтом Брайля	
6	Клавиатура в стиле Перкинс (не менее 8 клавиш)	6.1	Наличие	
		6.2	Отсутствие	
7	Возможность настройки вибрационного оповещения для определенных событий	7.1	Вибрационное	
		7.2	Звуковое	
Для позиции 23(1)-01-02 "Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов" раздела I настоящего Перечня				
1	Обеспечение доступа незрячим и слабовидящим	1.1.	Доступ к возможностям ПК, включая сеть Интернет	Применяется для позиции 23(1)-01-02
2	Совместимость	2.1	Наличие	

3	Поддержка ввода информации	3.1	Со встроенной клавиатуры брайлевского дисплея	
4	Синтезатор речи	4.1	Русскоязычный	
5	Интерфейс	5.1	Русифицированный	
6	Режим эмуляции компьютерной мыши	6.1	При помощи клавиатурных команд	

<1> Федеральный [перечень](#) реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р.

<2> Gross Motor Function Classification System - система классификации больших моторных функций (далее - GMFCS).

<3> Charrière (French) - единица измерения диаметра катетера по шкале Шаррьера (по французской шкале диаметра катетера) (далее - СН (Fr)).
